RESPUESTA OBSERVACIONES

INVITACIÓN A COTIZAR No.051 DE 2021


CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE.

INTERESADO: ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO.

OBSERVACIÓN 1:
ITEM 8: COLCHON ANTIESCARAS PARA CAMA HOSPITALARIA: enuncia, “con una base de 8 cms de espesor y una capa superior e inferior en espuma de mediana densidad en forma de cubeta de huevo”. Solicitamos adicionar que el colchón sea para cama hospitalaria manual o semielectrica, pues corresponden a medidas diferentes. Cama manual: 190 x 90 cm Cama semi - eléctrica: 203 x 90 cm.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica del ítem 8, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 2:
ITEMS 9,10,11: COLCHON ANTIESCARAS SENCILLO 1.00 A 1.19 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO, COLCHON ANTIESCARAS SEMIDOBLE 1.20 A 1.39 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO, COLCHON ANTIESCARAS DOBLE 1.40 A 2.00 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO, respectivamente. Las medidas en el mercado se encuentran de la siguiente manera:



Por favor tener en cuenta y ajustar a las medidas correspondientes.

RESPUESTA: No se acepta observación, las características de los dispositivos de los ítems 9, 10 y 11, es su elaboración sobre medidas, por lo tanto, se reitera que las medidas de estos ítems son las siguientes:

ITEM 9. COLCHON ANTIESCARAS de 1.00 A 1.19 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO.

ITEM 10. COLCHON ANTIESCARAS 1.20 A 1.39 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO.

ITEM 11. COLCHON ANTIESCARAS 1.40 A 2.00 METROS DE ANCHO X DOS METROS DE LARGO.

Para mayor claridad de esta respuesta se excluye de las especificaciones técnicas los términos sencillo, semidoble y doble.

OBSERVACIÓN 3:
Ítem 17 MEDIAS DE COMPRESION PANTALON, Ítem 18 MEDIAS DE COMPRESION TIPO CALCETIN DEBAJO DE LA RODILLA: Solicitamos adicionar otro ítem de MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO, pues lo precios cambian según la altura que requiere cada usuario.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica del ítem 17, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 4:
Ítem 30 ELEVADOR SANITARIO: solicitamos omitir la característica con “tapa” ya que no permite la pluralidad de marcas, hay elementos en el mercado que cumplen con las demás características y cumplen con la misma función.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica del ítem 30, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 5:
Ítem 39 SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA EN ALUMINIO PARA AMPUTADO. Solicitamos omitir este ítem, ya que las características son similares al ítem 38, y la silla se diseñaría ajustando el centro de gravedad según necesidad del usuario.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica del ítem 39, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 6:
Ítem 54 a 61 BARRAS DE SUJECION. Solicitamos agregar las siguientes medidas: 95-125 cms.; 175-195 cms.; 225-275 cms.; ya que no están incluidas dentro de los rangos enunciados.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica de los Ítems 54 a 61, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 7:
Ítem 63 TABLET: enuncia, “Dispositivo tamaño pantalla de 7” que cuente con 8 GB de RAM, almacenamiento entre 64 y 128 GB internas; procesador KIRIN o superior y sistema operativo ANDROID 9.0 o superior, con BLUETOOH y conectividad WIFI. Con manual accesible”. El procesador KIRIN son exclusivos de la marca HUAWEI, por tal motivo no se va a encontrar en el mercado, adicionalmente HUAWEI tiene como sistema operativo EMUI y no ANDROID como lo están solicitando. Como tal este elemento solicitado no se encuentra en el mercado. Se Solicita que se haga los ajustes a las especificaciones así: “Dispositivos tamaño pantalla de 7” o más, que cuente entre 3 a 4GB de RAM, almacenamiento interno mínimo de 64 GB y externo de hasta de 128 GB, procesador de 2 núcleos o más; sistema operativo ANDROID 9.0 o superior, con bluetooth, y conectividad WIFI, con manual accesible”.

RESPUESTA: Atendiendo la observación presentada por el interesado y revisada la verificación por el componente técnico del Item 63 “Dispositivo tamaño pantalla de 7” que cuente con 8 GB de RAM, almacenamiento entre 64 y 128 GB internas; procesador KIRIN o superior y sistema operativo ANDROID 9.0 o superior, con BLUETOOH y conectividad WIFI. Con manual accesible”, se procede a excluir del presente proceso el cual se reflejará mediante adenda.

OBSERVACIÓN 8:
Ítem 81: Modificar la cantidad de fichas de 9 a 20 fichas plásticas, ya que en el mercado se encuentra ese elemento con 9 fichas dando cumplimiento a las demás características.

RESPUESTA: No se acepta observación. Se mantienen la especificación técnica del ítem 81, del pliego de la invitación a cotizar No 051 del 2021.

OBSERVACIÓN 9:
Finalmente, se enuncia una visita técnica para revisar algunas muestras, solicitamos hacer claridad de la fecha y objetivo de esta visita ya que no se contempla dentro del cronograma del proceso, así mismo, si es posible presentar fichas técnicas y otros soportes documentales de algunas muestras físicas que por sus altos costos se dificulta tener un stock de las mismas, estos elementos son: SILLA DE RUEDAS ELECTRICA, TELESCOPIO 7X25, LUPA ELECTRONICA PORTATIL PEQUEÑA.

RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación; dentro de la evaluación técnica se incluye la visita a los proponentes, para lo cual mediante adenda se modificará el cronograma.

Respecto a la presentación de fichas técnicas y otros soportes documentales de algunas muestras físicas, no se acepta y se mantienen las condiciones técnicas del pliego

INTERESADO: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE SAS.

OBSERVACIÓN 1:
Por medio de la presente, solcito de manera atenta a la entidad aclarar, si la oferta económica se presenta por ítems como lo especifica la invitación publica o por categoría como lo da a entender el formato de oferta económica.

RESPUESTA: se le aclara al interesado que las ofertas se evaluarán por ítem, como se indica en el Numeral 4.6.1.2. del pliego de la invitación a cotizar.

Dada en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de mayo.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
Profesional Especializado convenios FDL

Angela Patricia Garcia Briceño - Profesional Especializado convenios FDL
Patricia Gissell Triana Ardila - Profesional Especializado convenios FDL
Ross Mary Torres Sanchez - Profesional Especializado convenios FDL

Subgerencia de Servicios de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.