INCOLTOP SAS

Nit 900.710.142-9

CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430

CERTIFICADO No 5G1 165

PROPIETARIO	LUIS GUERRA BETTIN		
INSTRUMENTO	ESTACIÓN TOTAL	MARCA:	TOPCON
MODELO	GPT 3007	NUMERO DE SERIE	8S0166
IDENTIFICACION CLIENTE	LUIS GUERRA BETTIN		
FECHA DE EXPEDICION	18 /JUL/2019		
PROXIMO AJUSTE	18 /ENE/2020		
Instrumento Nuevo?	SI	NO	X
)			

PATRONES UTILIZADOS

Estacion total Topcon GTS 252 SN KB1406 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado Trazable al NIST

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Precision Algular (DIN 18723)			5"	Minima distancia Focal		0.5 m
Precision en Distancia		2 mm+ 2ppm xD		Medicion con un Prisma		2500m
Aumento del Telescopio			30X	Compensador		x y
Apertura de Objetivo			30mm	Exactitud del Compensador		0.3"
Lectura en Pantalla			1"			
AJUSTES EFECTUADOS						
CODIGOs:	1: correcto	2: falla corregida		3: no corregida	4: no aplica	
Limpieza exterior		1		Ajuste del nivel Circular		2
Mantenimiento Interno		1		Ajuste del sistema de enfoque		1
Tornillo de movimiento Fino H		1		Ajuste del reticulo		1
Chequeo del Teclado		1		Ajuste de mirillas de punteria		2
Ajuste Compesador X Y		1				

VERIFICADO Y AJUSTADO POR INCOLTOP SAS

Alexander Piza

Reviso

Email: ventas@incoltop.com

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637

Scanned with CamScanner