GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EQUIPAR TM LTDA

FECHA: 4 de agosto de 2021.

Se recibe a satisfacción los siguientes elementos:

ITEM	EQUIPO BIOMÉDICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
7	ECOGRAFO	1. Sistema de diagnóstico por ultrasonido 2. Monitor con pantalla plana de 17 pulgadas o superior 3.Transductores, como mínimo los siguientes: - Convex o array curvo Rango entre 2MHz o menor a 6 MHz o mayor - Endocavitario Rango entre 2.9MHz o menor a 9 MHZ o mayor - Volumétrico Rango entre 4.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor 4. Mejoramiento de imagen con funciones especializadas 5. Sistema de almacenamiento en puerto de memoria USB y/o CD y/o DVD 6. Pantalla de Control touch screen mínimo 8" 7. Impresora térmica 8. Modos: mínimo M, 2D o B, 3D, 4D y modos adicionales 9. Aplicaciones como mínimo: Ginecoobstetricia Urología Gastroenterología /abdomen Entre otros 10. Zoom Software cardio-fetal Doppler Color y pulsado El software 3D y 4D debe estar incluido en el equipo con el fin de en un futuro poder ampliar el portafolio de servicios y posteriormente realizar la adquisición del transductor complementario.	UND.	1

Escaneado con CamScanner

Estos elementos se encuentran contenidos en el contrato de compraventa número 007 de 2021 llevado a cabo con la empresa **EQUIPAR TM LTDA.**

CON DESTINO A: E.S.E Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios del Quindío, por medio de comodato.

Atentamente;

LINA MARITZA AGUDELO MARTINEZ
Profesional universitario de la Secretaria
de Salud Departamental
Supervisora del contrato de compraventa
N° 007 de 2021.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Lina Maritza Agudelo Martínez	Revisador Por:	Aprobado por: Yenny Alexandra Trujillo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo:	Cargo: Secretaria de Salud

Escaneado con CamScanner