INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-469-2021

INSTRUMENTO	HORNO DIGITAL
FABRICANTE	MEMMERT
MODELO	UN55
NUMERO DE SERIE	B2190904
CODIGO INTERNO	EQ-028
EMPRESA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cauca
RESPONSABLE	Juan David Rojas
TELEFONO	322 446 85 45
EMAIL	jdrojas@sena.edu.co
DEPENDENCIA	Laboratorio de Análisis Ambientales Sede Popayán
FECHA	27 de Julio de 2021



FIRMAS AUTORIZADAS

Téc: Enrique Gonzalez Perez
Realizado por:

Servicio Técnico

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Smart Solutions Corp SAS no se hace responsable de los perjuicios que pueda derivarse del uso inadecuado de los equipos intervenidos.

SMART SOLUTIONS Corp.
Ingeniería al alcance de todos

INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-469-2021

1. PRUEBAS INICIALES

1.1 VOLTAJE:

RED ELECTRICA VAC: F-N= 119,6 F-T=120,7 N-T= 0,825

ADAPTADOR Vdc: DC: N/A AC: N/A

1.2 ENCERRAMIENTO: OK √ FISURADO: N/A FUGA: N/A

1.3 AUTOCOMPROBACIÓN: **Observación:**

ENCENDIDO √

NAVEGACIÓN MENÚ √

MEDICIÓN √

GANANCIAS √

2. REPUESTA A LA MEDICIÓN

Lecturas con Termómetro patrón

Equipo patrón °C	Lecturas iniciales °C	Error °C	Equipo patrón °C	Lecturas Finales °C	Error °C
103,2	**104,0**	-0,76	104,5	104,0	0,48

Observaciones:

* Se realiza limpieza de los componentes internos del hardware.
* Se realiza ajuste según procedimiento de fabrica.
* Se realizan pruebas de respuesta a la medición con termómetro calibrado.

* El equipo se encuentra midiendo dentro de las especificaciones de fábrica.