INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-475-2021



INSTRUMENTO	Incubadora
FABRICANTE	Hach
MODELO	153
NUMERO DE SERIE	09005413
CODIGO INTERNO	EQ-030
EMPRESA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cauca
RESPONSABLE	Juan David Rojas
TELEFONO	322 446 85 45
EMAIL	jdrojas@sena.edu.co
DEPENDENCIA	Laboratorio de Análisis Ambientales Sede Popayán
FECHA	27 de Julio de 2021

FIRMAS AUTORIZADAS

Realizado por:
Enrique Gonzalez
Especialista de servicio

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Smart Solutions Corp SAS no se hace responsable de los perjuicios que pueda derivarse del uso inadecuado de los equipos intervenidos.

SMART SOLUTIONS Corp.
Ingeniería al alcance de todos

INFORME DE MANTENIMIENTO

Número de Reg:
IM-475-2021

1. PRUEBAS INICIALES

1.1 VOLTAJE:

RED ELECTRICA VAC: F-N= 119,7 F-T=120,6 N-T= 1,862

ADAPTADOR Vdc: DC: N/A AC: N/A

1.2 ENCERRAMIENTO: OK √ FISURADO: N/A FUGA: N/A

1.3 AUTOCOMPROBACIÓN: **Observación:**

ENCENDIDO √

NAVEGACIÓN MENÚ √

MEDICIÓN √

GANANCIAS √

2. REPUESTA A LA MEDICIÓN

Equipo patrón °C	Lecturas iniciales °C	Error °C	Equipo patrón °C	Lecturas Finales °C	Error °C
35,2	**37,0**	-1,80	36,9	37,0	-0,11

Observaciones:

* Se realiza limpieza de los componentes internos del hardware.

* Se realizan pruebas de respuesta a la medición con termómetro certificado
De acuerdo a procedimiento interno de fábrica.

* El equipo se encuentra midiendo dentro de las especificaciones de fábrica.