SMART SOLUTIONS Corp.
Ingeniería al alcance de todos

INFORME DE VERIFICACIÓN

INSTRUMENTO	Baño Maria
FABRICANTE	Lauda
MODELO	AL5
NUMERO DE SERIE	S170013211
ACTIVO FIJO	EQ-007
EMPRESA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cauca
RESPONSABLE	Juan David Rojas
TELEFONO	322 446 85 45
EMAIL	jdrojas@sena.edu.co
DEPENDENCIA	Laboratorio de Análisis Ambientales Sede Popayán
FECHA	27 de Julio de 2021



FIRMAS AUTORIZADAS

Téc: Yan Farid Sarria
Metrólogo

SMART SOLUTIONS
Servicio Técnico

Este informe expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Smart Solutions Corp SAS no se hace responsable de los perjuicios que pueda derivarse del uso inadecuado de los equipos intervenidos.

INFORME DE VERIFICACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrumento	Baño Maria
Rango de Medición	25°C a 95°C
Código	EQ-007
Sitio de Verificación	Laboratorio de Análisis Ambientales Sede Popayán

2. MÉTODO DE VERIFICACIÓN

La Verificación de este instrumento se llevó a cabo mediante la comparación con patrón de Temperatura.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales durante la verificación fueron:

Temperatura	20,8°C

4. IDENTIFICACIÓN DEL PATRÓN

Los patrones utilizados en la verificación fueron:
Termómetro digital MASTECH MS6514 Numero de serie MBHFC47930
Número de Certificado: 20442C
Se anexa certificado de calibración.


5. INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre reportada se obtiene de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura K=2 teniendo de esta forma un intervalo de confianza del 95.45% de probabilidad.

La incertidumbre reportada se ha estimado teniendo en cuenta la contribución de las siguientes componentes : Desviación Estándar, Resolución o división de escala, y Patrón.


INFORME DE VERIFICACIÓN

6. TABLA DE RESULTADOS



RESULTADO (MEDICIONES PROMEDIO)

Equipo patrón °C	Lectura Equipo °C	Error °C	Repetibilidad °C	Uexp K=2 °C
37,6	37,0	0,60	0,824	0,286
61,5	60,0	1,49	1,192	0,287



Minimo	Maximo	Promedio	Cantidad de datos
33,8	40,5	34,6	8680
60,2	66,6	61,5	8680

7. OBSERVACIONES

1. El sticker de verificación fue adherido al instrumento
2. El cliente es responsable de realizar las verificaciones del equipo en intervalos apropiados

FECHA DE EXPEDICIÓN

4 de Agosto de 2021

FIN DEL INFORME