PN HOCEN SA 008 2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad
Radicado No
Recibido por
Fecha Hora

No. S-2018 - / ADFIN – HOCEN– 3.1

Bogotá, 27 de septiembre de 2018

Capitán
FABIO ALEXANDER MUÑOZ PEDRAZA
Jefe Contratos HOCEN

ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES A PROCESO PN HOCEN SA 008 2018 cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**

OBSERVACION

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA B.BRAUM

Respetados Señores:

No permitimos presentar a ustedes Observaciones y/o Aclaraciones al Informe de Evaluación dentro de los tiempos establecidos por la entidad en los siguientes términos:

Ratificamos que la oferta presentada para el proceso de la referencia por parte de B BRAUN MEDICAL S.A corresponde a la totalidad del Grupo 10, por lo que en la plataforma de SECOP II, se puede evidenciar que los precios de cada uno de los Ítems fueron digitados en su totalidad, asi:

Imagen de la plataforma:

	Artículo UNSP:	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42312300	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm	1.00	UN	11,100.00	7,930.00	$ 7,930
2	42312300	BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 59 mm	1.00	UN	18,300.00	17,850.00	$ 17,850
3	42312300	BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm	1.00	UN	11,100.00	7,930.00	$ 7,930
4	42312300	BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69mm	1.00	UN	18,300.00	17,850.00	$ 17,850
5	42312300	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm	1.00	UN	11,100.00	10,930.00	$ 10,930
6	42312300	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm	1.00	UN	22,250.00	17,850.00	$ 17,850
7	42312300	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 mm	1.00	UN	11,100.00	7,930.00	$ 7,930
8	42312300	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 m	1.00	UN	18,300.00	17,290.00	$ 17,290
9	42312300	BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA	1.00	UN	15,000.00	9,910.00	$ 9,910
10	42312300	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA	1.00	UN	19,100.00	14,690.00	$ 14,690
11	42312300	BARRERA NEONATAL	1.00	UN	16,350.00	10,860.00	$ 10,860
12	42312300	BOLSA NEONATAL	1.00	UN	18,000.00	6,680.00	$ 6,680
							$ 148,100

De igual forma, como consta en nuestra cotización a folios 272 al 274 se oferta el total de los ítems solicitados.

Agradeceremos su colaboración, confirmar la fecha en la que se llevara a cabo la subasta electrónica para el proceso de la referencia, ya que el cronograma publicado en la plataforma SECOP II no es claro.

GRUPO 10. BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMIA						
ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTO		UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	NO OFRECE
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 69 mm	➢ CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA ➢ RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO ➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL ➢ CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO	UNIDAD	BRAUN	X	
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 69 mm	➢ MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES ➢ PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD	BRAUN	X	
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 69mm	➢ CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA ➢ RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO ➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL. ➢ CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO	UNIDAD	BRAUN	X	


FECHA: 27/06/2012 VERSION: 1		PLIEGO DE CONDICIONES - SELECCION ABREVIADA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PN HOCEN SA 008 2018		POLICIA NACIONAL		
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 50 A 69 mm	➢ MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES ➢ PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD	BRAUN	X	
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70mm	➢ CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA ➢ RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO ➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL ➢ CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO	UNIDAD	BRAUN	X	
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70mm	➢ MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES ➢ PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD	BRAUN	X	
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 69 mm	➢ CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA ➢ RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO ➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL ➢ CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO	UNIDAD	BRAUN	X	
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 69 mm	➢ MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES ➢ PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL ➢ CONVEXA	UNIDAD	BRAUN	X	
9	BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA	➢ CON PINZA DE FIJACION POR CADA BOLSA ➢ QUE NO PERMITA FUGAS ➢ TAMAÑO DE 15 X 64 O 15 X 100 mm ➢ TRANSPARENTE	UNIDAD	BRAUN	X	
10	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIATRICA	➢ CON PINZA DE FIJACION POR CADA BOLSA ➢ QUE NO PERMITA FUGAS ➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	BRAUN	X	
11	BARRERA NEONATAL	➢ CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA ➢ RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO	UNIDAD	BRAUN	X	
12	BOLSA NEONATAL	➢ ADHERENCIA 100% A LA PIEL ➢ CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO ➢ MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES	UNIDAD	BRAUN	X	

PN HOCEN SA 008 2018

RESPUESTA

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION. El grupo evaluador técnico revisa nuevamente la OFERTA allegada por B.BRAUN Al proceso y encontramos las siguientes novedades.

1. El anexo 01 presentado por la empresa B.BRAUN para la fecha de la presentación de las ofertas para los ítems 7 y 8 la marcan como **No Ofrece**



2, Revisado el documento allegado en la observación encontramos que ofertan el ítem 7 y 8

- En consecuencia y conforme al pliego de condiciones Numeral 2 CAUSALES DE RECHAZO NUMERAL O Cuando la propuesta en el Anexo No.1 Condiciones Técnicas Mínimas Exigidas, sea condicionada o modificada parcial o totalmente. Generando una causal de rechazo, y además se considera mejora de la oferta frente a la trasparencia del proceso.

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA 3M COLOMBIA

OBSERVACIONES

PRIMERA:
A la evaluación técnica de la oferta presentada por la empresa BSN Medical Ltda., para el GRUPO 2 PROGRAMA DE VENOPUNCION, solicitamos se califique como no cumple por cuanto

1. En el ítem 1 APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATETERES 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL), este oferente presento un Aposito denominado Leukomed IV en medidas de 6 x 8 cm.

1	APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER PARA CATETERES 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL) ▸ PELICULA DE POLIURETANO ▸ TRANSPARENTE ▸ CON TIRAS Y/O BORDES DE SUJECIÓN EN TEJIDO SIN TEJER ESTERIL ▸ CON MARQUILLA DE IDENTIFICACION NO BORRABLE CON EL AGUA O HUMEDAD ▸ AUTOADHESIVO ▸ EL APOSITO DEBE ADAPTARSE A MOVIMIENTOS DEL PACIENTE CONTORNOS CORPORALES	UNIDAD	LEUKOMED IV 6x8cm - BSN	SI

Al revisar el rango de medidas permitido identificamos que lo ofertado no cumple por cuanto se sale del rango permitido por la Entidad (5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM).

PN HOCEN SA 008 2018

RESPUESTA

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION. Una vez revisada la observación, se realiza verificación del catálogo enviado en la propuesta por parte de la firma **BSN MEDICAL LTDA** anexando una ficha técnica donde se encuentran relacionados las referencias que están ofertando. En esta si bien es cierto se encuentra la descrita en la observación, ellos en su catalogo ofrecen la medida 4.5 cm x 4.5 cm la cual cumple con las especificaciones de 5 CM +/- 1 CM X 5 CM +/- 1 CM (NEONATAL)

OBSERVACION 2

2. Adicionalmente los apósitos Leukomed IV ofertados por BSN Medical Ltda., para los ítems 01 , ítem 02 e ítem 03 del grupo No. 2 PROGRAMA DE VENOPUNCION, no deben estar habilitados técnicamente para este grupo, teniendo en cuenta que no cumplen con el 100% de las caracteristicas técnicas solicitadas en el Pliego de Condiciones, como son la marquilla de identificación no borrable con el agua o la humedad , esta caracteristica técnica no podría cumplirse ya que la marquilla o etiqueta de los apósitos ofertados Leukomed es de papel microporosa, la cual es totalmente borrable, lo que implica que no se pueda visualizar la fecha de cambio por protocolo si el paciente tiene algún contacto con agua o humedad que es lo usual, generando cambios innecesarios y desperdicio de apósitos para la institución.

RESPUESTA

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION ya que en las especificaciones técnicas no se especificó el material de la cinta de marquilla. Es de aclarar que existe variedad en el mercado y al aceptar la observación incurriríamos en direccionamiento y no habría pluralidad de oferentes.

OBSERVACION 3

SEGUNDA:
A la evaluación técnica de la oferta presentada por la empresa SMITH&NEPHEW, para el GRUPO 2. PROGRAMA DE VENOPUNCION, solicitamos se califique como no cumple por cuanto:

1. Para los ítems 1, 2 y 3 del grupo No. 2 PROGRAMA DE VENOPUNCION, este oferente oferta los apósitos IV 3000 de la marca SMITH&NEPHEW. Estos apositos no deben estar habilitados técnicamente para este grupo, por cuanto no cumplen con el 100% de las caracteristicas técnicas solicitadas como son especificamente la marquilla de identificación no borrable con el agua o la humedad. Según refiere la ficha técnica de los apósitos IV 3000 "Etiqueta clasificadora", la caracteristica de contar con marquilla de identificación no borrable con el agua o la humedad no la podría cumplir, ya que esta marquilla o etiqueta clasificadora de los apósitos IV 3000 es de papel microporosa, la cual es totalmente borrable, lo que implica que no se pueda visualizar la fecha de cambio por protocolo si el paciente tiene algún contacto con agua o humedad que es lo usual, generando cambios innecesarios y desperdicio de apósitos para la institución.

RESPUESTA

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION ya que en las especificaciones técnicas no se especificó el material de la cinta de marquilla. Es de aclarar que existe variedad en el mercado y al aceptar la observación incurriríamos en direccionamiento y no habría pluralidad de oferentes.

PN HOCEN SA 008 2018

OBSERVACIONES DE VEYALTHY GROUP

OBSERVACIÓN 1

GRUPO 2 GRUPO PROGRAMA DE VENOPUNCION

Nuestra empresa se permite aclarar que entrego para el ítem No. 2 y 3 carta de distribución d la marca ofertada Medic Ware), quedando sin subsanar ítem No1 carta de SMITH & NEPHEW.

RESPUESTA 1

Se aclara al oferente que la contratación para el caso de la observación es **TOTAL GRUPO** y no parcial por ítem. Se revisa nuevamente las cartas de distribución presentadas en la oferta y no esta anexa dicha carta y tampoco fue subsanada cuando se les solicitó. Por lo anterior el equipo evaluador se ratifica como **NO CUMPLE** para el GRUPO 2.

OBSERVACION 2

GRUPO 9. APOSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA CON PLATA

"Nuestra empresa se permite aclarar que para este grupo No subsanar carta de distribucion (directamente SMITH & NEPHEW)

RESPUESTA 2

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION, en el proceso de contratación el oferente deberá presentar directamente la carta de distribución de la marca ofertada en su oferta inicial. En consecuencia y conforme al pliego de condiciones Numeral 2 CAUSALES DE RECHAZO NUMERAL I "***Cuando la oferta no cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas minimas exigidas***".

OBSERVACION 3

GRUPO 10 BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA

ítem 3 BOLSA PARA COLOSTOMIA 60 A 69 MM (Tamaño ofrecido 57 mm)

Se anexa ficha técnica en donde se evidencia el cumplimiento técnico de la siguiente manera: **CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA** en ficha técnica **sistema de cierre invisiclosetM. RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO.** tampoa de la bolsa ofrecida / acetato cloruro de polividileno **(PVDC)** en este orden de idea el material cumple con la condición de poliuretano que es un material elastico. **ADHERENCIA 100% A LA PIEL** la bolsa se adhiere a la piel por medio de la barrera a través de sus ocho prochos de seguridad. CADA UNIDAD DE **BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE**. el sistema de cierre sin banda invisiclose ofrece doble facilidad de drenaje comodidad y limpieza cuenta con sistema de tiras de drenaje facil de abrir y el cargado permite el control de flujo estas tiras son **TIPO VELCRO**. Siendo así nuestra oferta **CUMPLE**.

Calle 114 #9A-45 Torre A Piso 11 Oficina 1101 Edificio Capital PBX (+57) 6230011 Ext. 1101
email: veyalthigroup@hotmail.com Bogotá D.C. - Colombia

VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT 830.119.217-1

ítem 4 BARRERA PARA COLOSTOMIA 60 A 69 MM (Tamaño ofrecido 57 mm)

Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **MATERIA RESISTENTE A FUGAS** A diferencia de otras barreras que pueden desintegrarse al contacto con efluentes líquidos, las **barreras Durahesive® se expanden para proteger el estoma**. Este efecto especial se que hermanos cuello de tortuga, ayuda a crear un sello mucho más seguro sin lastimar la piel. **CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES**. Esta característica la cumple en conjunto con la bolsa ofertada la cual cuenta con **filtro de carbón** que reduce todos los gases al interior de la bolsa. Siendo así nuestra oferta **CUMPLE**.

PN HOCEN SA 008 2018

RESPUESTA ÍTEM 3 E ITEM 4

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION. Se evidencia tanto en la observación presentada como en la oferta inicial que el TAMAÑO ofrecido no corresponde a los tamaños solicitados en el pliego de condiciones en lo correspondiente al GRUPO 10 ITEM 3 y 4. El comité técnico ser ratifica como NO CUMPLE

OBSERVACION 4

ITEM 7 BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 MM **(Tamaño ofrecido 65 mm)**

Se anexa ficha tecnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA**: Sistema de cierre de seguridad Sistema de agarre de cinturón en tres posiciones. Sistema de cierre integrado en la bolsa Roll-Up con cierre en velcro plástico de fácil limpieza. Sistema de acoplamiento de la placa sencilla y fácil de usar. Sistema de acople intuitivo. Ajuste perfecto a los contornos del cuerpo **RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO: Bolsa de recolección: Pelicula de la bolsa: Polímero de polietileno - etileno, vinil - acetato (SARAN)**: en este orden de idea el material cumple con la condición de poliuretano que es un material plástico **ADHERENCIA 100% A LA PIEL** la bolsa se adhiere a la piel por medio de la barrera con un Sistema de acoplamiento de la placa sencillo y fácil de usar **CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE. TIPO VELCRO** Sistema de cierre integrado en la bolsa Roll-Up con cierre en velcro plástico de fácil limpieza. •Velcro plastico de mayor grosor, manipulable con una sola mano

ITEM 8 BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 MM (Tamaño ofrecido 65 mm)

Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **MATERIA RESISTENTE A FUGAS** están elaboradas con hidrocoloide adhesivo con un sistema de acoplamiento guiado y flexible que permite un **ajuste perfecto a los contornos del cuerpo**, condición que evita fugas adicionalmente presenta tapon de orenaje que permite Mayor seguridad con - Cierre sin fugas. **CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES** Filtro de tecnologia laminar, resistente y permeable a gases, agua, aceite, etc., de alto rendimiento con membrana de aislamiento frente a contacto con las heces. Filtro de tecnologia laminar, resistente y permeable a gases, agua, aceite, etc., **PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL** Hidrocoloide Suave y resistente Protector del hidrocoloide en plástico que permite poder utilizarlo como plantilla de medida del estoma. Roll up x4 que permite introducirse bajo el tejido, sin contacto con la piel **CONVEXA** flexima 3S barrera convexa. Siendo asi nuestra oferta **CUMPLE.**

RESPUESTA ÍTEM 7 E ITEM 8

SE ACEPTA LA OBSERVACION. Se revisa catalogo allegado de la marca ofertada donde se evidencian las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. El cual CUMPLE para los ítems 7 Y 8. Se ajusta evaluación técnica como CUMPLE

PN HOCEN SA 008 2018

OBSERVACION 5

ITEM 9 BOLSA DE PIEZA UNICA ADULTO CON VENTANA (Tamaño ofrecido 65 mm)

Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **CON PINZA DE FIJACION POR CADA BOLSA**: Clamp rígido reutilizable. **QUE NO**

PERMITA FUGAS sistema completamente integrado para disminuir el riesgo de fugas **TRANSPARENTE** Disponibles en color opaca o transparentes (película de plástico) **TAMAÑO 150 MM X 10 CM** siendo así nuestro oferta **CUMPLE.**

RESPUESTA 5

SE ACEPTA LA OBSERVACION. Se revisa ficha técnica allegado de la marca ofertada donde se evidencian las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. El cual CUMPLE para los ítems 9. Se ajusta evaluación técnica como CUMPLE

OBSERVACION 6

ítem 10 BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIATRICA Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **CON PINZA DE FIJACION POR CAD BOLSA**, en presentación se evidencia: caja x 15 unidades **con 15 pinzas. QUE NO PERMITA FUGAS**: Bolsa Elaborada en Plástico Resistente a fugas: Segura y cómoda para el paciente. **ADHERENCIA 100% A LA PIEL**: la bolsa S adhiere a la piel por medio de la barrera a través de sus ocho broches de seguridad

ítem 11 BARRERA NEONATAL Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA** en ficha técnica **sistema de cierre invisicloseTM. RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO**, lamina de la bolsa etilenvinil / acertato cloruro de polivinilideno **(PVDC)** en este orden de idea el material cumple con la condición de poliuretano que es un material plástico.

ítem 12 BOLSA NEONATAL Se anexa ficha técnica en donde se evidencia cumplimiento técnico de la siguiente manera: **ADHERENCIA 100% A LA PIEL** la bolsa se adhiere a la piel por medio de la barrera a través de sus ocho broches de seguridad CADA UNIDAD DE **BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE** el sistema de cierre sin pinza invisiclose ofrece doble, facilidad de drenaje , comodidad y limpieza cuenta con sistema de tiras de drenaje fácil de abrir y el d largado permite el control de flujo estas tiras son **TIPO VELCRO. MATERIAL RESISTENTE A FUGAS** las bolsas drenables están recubiertas de un panel confort que impide el contacto del plástico con la piel de: paciendo reduciendo la probabilidad de irritaciones por fuga **CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES filtro de carbón** que reducen los gases al interior de la bolsa. Siendo así nuestra oferta **CUMPLE.**

RESPUESTA 6

SE ACEPTA LA OBSERVACION PARA LOS ÍTEMS 10,11 y 12 una vez revisada la ficha técnica allegada, se evidencian en las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones. Y El cual CUMPLE para los ítems 10, 11 y 12. Se ajusta evaluación técnica como CUMPLE.

PN HOCEN SA 008 2018

EVALUACION FINAL GRUPO 10

Teniendo en cuenta que este grupo es total por grupo y de acuerdo a que no cumple para los ítems 3,4 quedando la evaluación técnica como NO CUMPLE

OBSERVACION 7

GRUPO NO.11 INSUMOS VARIOS

ITEM 4 ALMOHADILLA DE FIBRA DE POLIÉSTER Nuestra empresa se permite aclarar que pa este grupo No subsanar carta de distribución (directamente SMITH & NEPHEW)

RESPUESTA 7

Se revisa nuevamente las cartas de distribución presentada en la oferta y no esta anexa dicha carta y tampoco fue subsanada cuando se les solicitó. Por lo anterior el equipo evaluador se ratifica como **NO CUMPLE** para el ítem 4 GRUPO 11.

Atentamente,

Enfermera **JACQUELINE PERILLA VILLAMIL**
Evaluador Técnico

Enfermera **PATRICA DEL PILAR BERNAL URREGO**
Evaluador Técnico

Auxiliar de Enfermería **GLOSMAN ESTIVEN GUTIERREZ CALDERON**
Evaluador Técnico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad
Radicado No
Recibido por
Fecha Hora

No. S-2018 - / ADFIN – HOCEN– 3.1

Bogotá, 28 de septiembre de 2018

Capitán
FABIO ALEXANDER MUÑOZ PEDRAZA
Jefe Contratos HOCEN

ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES A PROCESO PN HOCEN SA 008 2018 cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**

OBSERVACION

VEYALTHY GROUP

Nuestra empresa se permite ratificar el concepto emitido por el comité técnico evaluador en donde indica que el oferente No cumple "No ofrece en sus especificaciones técnicas lo solicita como se evidencia a continuación: •

OFERENTE INTERCOMERCIAL MÉDICA

GRUPO 10 BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA
Ítem 7 BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 MM

La marca ofertada convatec No maneja este rango de medida (60-69 mm) solicita por la entidad, la medida que maneja se encuentra por debajo 57 mm y por encima del mismo 70 mm. Siendo así no cumple con la especificación técnica requerida por la Entidad ITEM 8 BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 MM

La marca ofertada convatec No maneja este rango de medida (60-69 mm)solicita por la entidad, la medida que maneja se encuentra por debajo 57 mm y por encima del mismo 70 mm. Siendo así no cumple con la especificación técnica requerida por la Entidad

Adicionalmente en la plataforma no se evidencia carta de cadena de distribución autorizada para las marcas ofertadas (Convatec – B Braun- Tecno químicas, Hollister, BEGOBAÑO JALSOSA entre otras).

RESPUESTA

EL COMITÉ TECNICO ACLARA AL OFERENTE, ratificado su evaluación inicial donde emite concepto de **NO CUMPLE,** para la empresa INTERCOMERCIAL MÉDICA para el

BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA Ítem 7 BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 60 A 69 MM por no tener en sus especificaciones técnicas las medidas solicitadas en el pliego de condiciones.

OBSERVACION 2

CONDICION GENERAL PARA TODOS LOS PARTICIPANETES: Se solicita nuevamente la verificación de todos los proponentes participantes en el presente proceso en relación al cumplimiento de: Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.

Respuesta 2

EL COMITÉ TECNICO ACLARA AL OFERENTE, que revisada una vez más lo solicitado por la empresa VEYALTHI GROUP. Este comité ratifica su evaluación inicial donde emite concepto de **NO CUMPLE,** para las empresas LIFE SUSIMED, VEYALTHY GROUP, B.BRAUN y INTERCOMERCIAL para el GRUPO 10 BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA por no cumplir las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones.

Y asimismo revisada la documentación presentada en su oferta inicial por la firma ORDEN Y SUMINISTROS se evidencia y ratifica que la empresa **CUMPLE,** las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones para el GRUPO 10 BARRERA Y BOLSAS DE COLOSTOMÍA por cuanto fue ofertado en su oferta.

Observación 3

En el grupo 11 ítem No. 1 PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL, no se evidencia que los demás participantes cumplan con esta condición Euroclean medical no es el fabricante, , en el otro oferente no se evidencia carta de distribución en donde se cumpla esta condición (BEGOBAÑO JALSOSA) por lo que se sugiere que esta condición se verifique en cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que se convierte en la ley entre las partes.

Respuesta 3

EL COMITÉ TECNICO ACLARA AL OFERENTE, que revisada la documentación enviada por la firma ORDENES Y SUMINISTROS se evidencia carta de distrubucion y comercialización por parte de EUROCLEAN MEDICAL SAS para el producto ofertado DISPOBAÑO.... Por lo anterior el comité técnico se martiene en su evaluación inicial de **CUMPLE** PARA EL **GRUPO 11, ITEM 1 PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL**

Se verifica evaluación técnica a la firma INTERCOMERCIAL por solicitud de la firma VEYALTHI GROUP para el grupo 11 ítems No. 1 PAÑO SECO PARA PREPARACION DE LA PIEL. la documentación allegada no certifica la carta de distribución para este producto. Por lo anterior el comité técnico cambia la calificación a no cumple para en ítem en mención.

PN HOCEN SA 008 2018

Atentamente,

JACQUELINE PERILLA VILLAMIL
Enfermera
Evaluador Técnico

PILAR BERNAL URREGO
Enfermera
Evaluador Técnico

STEVEN GUTIERREZ
Enfermera
Evaluador Técnico