EVALUACIONES DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. 008 DEL 2018

PROPONENTE		VERIFICACIÓN TÉCNICA						TÉCNICA	OBSERVACIÓN
GRUPO 1. CENTRALES DE MONITOREO									
OFERENTES	ÍTEM	CONDICIONES TECNICAS		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SSMMLV		RUP CODIGOS UNSPSC		TÉCNICA	REQUERIMIENTOS Y/O OBSERVACIONES
		CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS		
TECNICA ELECTROMEDICA	1,2,3,4		1-1000,	15-54		15-54		NO CUMPLE	Ítem 1. Monitor multiparámetros cirugía. No anexó documento que soporta que el dispositivo ofertado cuenta con puertos y protocolos de comunicación preestablecidos de fabrica que permitan el enlace del monitor en tiempo real con las maquinas de anestesia, marca draeger, modelos Fabius GS y Fabius Plus; No se puede verificar las caracteristicas del arco de anestesia de acero inoxidable, con fijación giratoria, regulable en altura.
GBARCO	1,2,3,4	VARIOS		16		16		NO CUMPLE	Ítem 2, Mesa Cirugía. No cuenta con el arco de anestesia de acero inoxidable, con fijación giratoria, regulable en altura; cuatro bridas fijadoras o clamp de fijación de accesorios sobre rieles.
JOMEDICAL	1,2,3,4			17, 18		17, 18		NO CUMPLE	Ítem 1. Monitor multiparámetros cirugía. No anexó documento que soporta que el dispositivo ofertado cuenta con puertos y protocolos de comunicación preestablecidos de fabrica que permitan el enlace del monitor en tiempo real con las maquinas de anestesia marca draeger modelos Fabius GS y Fabius Plus.
DRAEGUER	1,2,3,4			11-16,		11-16.		NO CUMPLE	Ítem 2, mesa de cirugía. No se evidencia dentro de la documentación técnica que cuente con el puerto para conexión del soporte Doro o Mayfield. Ítem 3, monitor multiparámetro. No se evidencia la capacidad de visualización en pantalla de los registros de sistema de información, como posibilidad de escalar y actualización como PACS, laboratorio, patología, etc. No se evidencia que la interfaz reusable del gasto cardiaco minimamente invasivo, sea compatible para todos los catéteres disponibles en el mercado. Ítem 4, Monitor de signos vitales recuperación. No se acredita la compatibilidad de los accesorios ofertados, con los modelos de equipos ofrecidos.
UT QUIRURGIL PROKONTROL	1,2,3,4	.		35		35		CUMPLE	
GRUPO 2. CENTRAL DE MONITOREO MATERNOFETAL								TÉCNICA	OBSERVACIÓN
OFERENTES	ÍTEM	CONDICIONES TECNICAS		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SSMMLV		RUP CODIGOS UNSPSC			
		CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS		
JOMEDICAL	1,2,3			16, 17, 18,		16, 17, 18,		CUMPLE	EVALUADO

1. 1 A

PROPONENTE		VERIFICACIÓN TÉCNICA						TÉCNICA	OBSERVACIÓN
GRUPO 3. ÍTEMS SEPARADOS									
OFERENTES	ÍTEM	CONDICIONES TECNICAS		EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SSMMLV		RUP CODIGOS UNSPSC		TÉCNICA	OBSERVACIÓN
		CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS	CUMPLE FOLIOS	NO CUMPLE FOLIOS		
BIOCLINICO	5	1-60,		11-13,		11-13,		CUMPLE	SUBSANADO
TECNOLOGIAS MEDICAS	12		1- 128	13		13		CUMPLE	SUBSANADO
AMAREY NOVAMEDICA	3		1 - 30,	37		37		CUMPLE	SUBSANADO
TECNICA ELECTROMEDICA	3		1-3,	15-54.		15-54		CUMPLE	SUBSANADO
TECNICA ELECTROMEDICA	8		1-3	15-54.		15-54		CUMPLE	SUBSANADO
MEDITEC	4	C 23, M 9, 39, 46, 61, 65, 89, 105, 131, 132, 133, GUIA RÁPIDA MAXIUM.PDF	DISTINTOS ÍTEMS	10,15,21		10, 15, 21		NO CUMPLE	No subsana el anexo 2 que debe ser firmado, requisito obligatorio para la acreditación del ofrecimiento de las condiciones técnicas mínimas. La documentación técnica no evidencia el cumplimiento de: la impedancia de mínimo 300 ohmios, toma para función de ligadura de vasos, pantalla táctil y garantía: 3 años mínimo, durante el cual el contratista debe hacer 3 visitas anuales.
GBARCO	13			16		16		CUMPLE	SUBSANADO
JOMEDICAL	4	1-376		30, 50		30, 50		CUMPLE	SUBSANADO
SIEMENS	7	1-122		28 - 29		28 - 29		CUMPLE	EVALUADO
UT QUIRURGIL PROKONTROL	3			93 - 94		93 - 94		CUMPLE	EVALUADO
UT QUIRURGIL PROKONTROL	7			93 - 94		93 - 94		CUMPLE	EVALUADO
OPIMED	6			11		11		CUMPLE	EVALUADO
OPIMED	15			12		12		CUMPLE	EVALUADO

Capitán JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA

Ingeniera NIDIA NATHALIA VEGA ROMERO

Ingeniera MARTHA LILIANA FRANCO RINCÓN

EVAUADORES TÉCNICOS

1. 2 M

EVALUACIONES FINAL DEL PROCESO LICITACIÓN PUBLICA 008 DEL 2018																		
PROPONENTE																	TECNICA	OBSERVACIÓN
GRUPO 1. CENTRALES DE MONITOREO																		
OFERENTES	GARANTIA ADICIONAL		ÍTEM 1 PANEL CTRL INALÁMBRICO		ÍTEM 2 ACCESORIOS		ÍTEM 2 MEJORA TÉC BAT		ÍTEM 3 PROTOCOLOS HL7		ÍTEMS 3 Y 4 ACCESORIOS		BASE RODANTE		PORCENTAJE LEY 816		TOTAL	OBSERVACIÓN
	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS		
TECNICA ELECTROMEDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JOMEDICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DRAEGUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UT QUIRURGIL PROKONTROL	300	10, 117	0		0		30	117	30	117	0		50	3	SI	99	410	*PARTE NO.4, 10 (GTY) *ACC- PARTE N.5 ÍTEM 3 Y 4 46 (3, OPC)
GRUPO 2. CENTRAL DE MONITOREO																		
OFERENTES	GARANTIA ADICIONAL		ÍTEM 2 ACCESORIOS		ÍTEM 3 ACCESORIOS		CAPACITACION TÉCNICA CERTIFICA ING		PORCENTAJE LEY 816								TOTAL	OBSERVACIÓN
	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS								
JOMEDICAL	300	6	35	8	35	7	30	8	0								400	ANEXO 13

2.2

GRUPO 3. ITEMS SEPARADOS																		
OFERENTES	GARANTIA ADICIONAL (TODOS)		ÍTEM 3		ÍTEM 4		ÍTEM 5		ÍTEM 6		ÍTEM 7		ÍTEM 8		PORCENTAJE LEY 816		TOTAL	OBSERVACIÓN
	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS		
UT QUIRURGIL PROKONTROL	200	118	100	118, 119							100	118			SI	99	400	PARTE N.8 GRUPO 3
AMAREY NOVAMEDICA	400	1, 28	0	30											0		400	ANEXO No 2.PDF ANEXO No2.PDF, 29
TECNICA ELECTROMEDICA	400	1											100	3	0		500	*RESUMEN OFERTA TÉCNICA.PDF *ANEXO No 13 OFERTA TEC ADIC.PDF
MEDITEC	0				0												0	
JOMEDICAL	400	9			100	10									SI	1,2,3	500	*ANEXO 13 *ANEXO No5
BIOCLINICO	0						0								SI	1	0	ANEXO No4
OPIMED	0								0						NO		0	
SIEMENS	0	0									0	00-ene			NO		0	

GRUPO 3. ITEMS SEPARADOS *(CONTINUACIÓN)*												
OFERENTES	GARANTIA ADICIONAL (TODOS)		ÍTEM 12		ÍTEM 13		ÍTEM 15		PORCENTAJE LEY 816		TOTAL	OBSERVACIÓN
	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS	PUNTAJE	FOLIOS		
TECNOLOGIAS MEDICAS	0		100	ANEXO 13.PDF					SI	1,2	100	ANEXO 4Y5 APOYO
GBARCO	400	8			30 35 35	9 10 11			SI	1,2	500	CARTAS SOPORTE ANEXO No13 ANEXO No 4 Y 5 (2)
OPIMED	0						0		0		0	

Capitán JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA

Ingeniera NIDIA NATHALIA VEGA ROMERO

Ingeniera MARTHA LILIANA FRANCO RINCÓN

EVAUADORES TÉCNICOS

2.1