CUADRO COMPARATIVO

Maquina de anesesia RWD R620-S1		
PRESTACIONES	SOLICITAS POR EL CLIENTE	PROPIAS DEL EQUIPO
PORTABLE	x	X
MEDIDAS	Alto 34 cm x ancho 38 cm x fondo 18 cm	informacion no suministrada
PESO	13,0 Kg	informacion no suministrada
ISOFLURANO	X	X
PRESION DEENTRADA DE GASES	280 A 600 KPA	344,738
CIRCUITOS A PACIENTE	JACKSON REES	PACIENTE GRANDE/ PACIENTE PEQUEÑO (JACKSON REES)
VANVULA FLUSH	X	X
VANVULA INSPIRAROTIA	X	X
DIAMETRO MANGUERA DE O2	5,0 m	5,0 m
VOLUMEN DE REGULARO DE O2	0 a 10 L/min	0,1 a 4 L/min (para flujometro)
BOLSAS RESERVORIAS	x	desde 0,5 L en adelante
VOLUMEN CANISTER	1,000ml	2,100 ML
GARANTIA	1 año	1 año

NOTA. Todas las casillas con "x" son requerimientos que se solicitan y que se cumplen a plenitud

NOTA. El flujo de oxigeno es de 0,2 a 10 L/m el cual es diferente a el rango de flujometro