INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

ANEXO N° 3.
FICHA TECNICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Yumbo – 18 de junio del 2021

Señores:
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Municipio de la Jagua de Ibirico
(Cesar)

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° SASIE-001-2021

OBJETO: "DOTACIÓN DE AMBULANCIAS PARA FOTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE USUARIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR."

SANDRA GALLEGO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 29.433.492 expedida en Calima Darién – Valle del Cauca, domiciliada en Yumbo, actuando en nombre y representación de la sociedad **INDUSTRIAS AXIAL S.A.S**, identificada con NIT 900.010.107-7, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, me permito ofertar la siguiente ficha técnica:

DOTACIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL FORTALECER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DE USUARIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, INSTALADAS EN CITROEN JUMPY 4X2 MODELO 2020 O SUPERIOR

CILINDRAJE	MAXIMO 2.000	**CUMPLE**
POTENCIA	MINIMO 130 MAXIMO 150@4.000	**CUMPLE**
CONTROL DE EMICIONES	EURO V	**CUMPLE**
CAJA DE VELOCIDADES	MECANICA MIN 6 VELOCIDADES +REVERSA	**CUMPLE**
SISTEMA DE DIRECCIÓN	ASISTENCIA ELECTRICA VARIABLE EN FUNCIONDE LA VELOCIDAD	**CUMPLE**
RIN	MINIMO R16	**CUMPLE**
NUMERO DE PASAJEROS EN PLAZADELANTERA	3	**CUMPLE**
CARROCERIA	TIPO PANEL	**CUMPLE**

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

LONGITUD TOTAL DE LA CARROCERIA mm	MAXIMO 5.350	**CUMPLE**
ANCHO TOTAL mm	MINIMO 2.200	**CUMPLE**
ALTURA ORIGINAL TOTAL DE LA CARROCERIA mm	MAXIMO1.950	**CUMPLE**
ALTURA TOTAL DE LA CARROCERIA mm	MINIMO 2.140	**CUMPLE**
DISTANCIA ENTRE EJES	MINIMO 3.250	**CUMPLE**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	MINIMO 69 L DIESEL	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**
La ambulancia deberá constar de dos áreas principales denominadas: Compartimiento delconductor y compartimiento del Paciente que cuenta con comunicación visual y auditiva entre sí. División piso-techo entre la cabina del conductor y el área del paciente con comunicación auditiva y visual mediante una ventanilla de intercomunicación de vidrios de seguridad incoloros corredizos y dos Martillos rompe vidrios. Aislamiento de puertas y techoen icopor de 40 milímetros, de alta densidad. Forro interior del techo en paneles de fibra devidrio de 4 milímetros. Levantada del techo hasta alcanzar una altura interior del habitáculode mínimo 1.55 Metros. Una Banca lateral con espaldar, cabecero y cojín tapizado abatiblehacia arriba para el personal paramédico equipada con sus respectivos cinturones de seguridad y compartimiento interior para albergar equipos médicos abordo. Esta también pude ser utilizada como segunda camilla cuando así se requiera. Una Silla abatible para elmedico con cinturón de seguridad, instalada en la parte derecha del compartimiento del paciente. Este vehículo cuenta con su aire original de fábrica que viene instalado en la parte delantera, adicional el oferente deberá instalar evaporador trasero con rejillas y susrespectivas mangueras. Radio de comunicación, tipo base móvil con alimentación a 12 voltios operación de 2 metros de longitud onda apertura de frecuencia a 138 a 174 mthz, con rango total de 12.5 mhz de acuerdo a su frecuencia. Los gabinetes del compartimento del paciente, deben ser livianos, resistentes al impacto, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y sus colores deben estar acordes con la convención de identificación relacionada a continuación. Además, deben poseer un sistemade puertas abatibles o deslizantes con un sistema que garantice que las puertas no se abran por efecto del movimiento del vehículo o por el contenido del gabinete, se excluyen seguroscon llave y cualquier tipo de adhesivos. Para observar el contenido de los gabinetes, sus puertas deben ser de material translucido (que permita ver al interior del gabinete) y resistente al impacto, los entrepaños deben ser del tipo bandeja, con borde ligeramente elevado para	**CUMPLE**

evitar que los medicamentos y equipos se caigan cuando el vehículo está en movimiento. Todos los gabinetes de medicamentos y/o dispositivos médicos se deben situar lateral a la camilla, con las dimensiones que garanticen su operatividad. AZUL: Sistema Respiratorio ROJO: Sistema Circulatorio AMARILLO: Pediátrico VERDE: Quirúrgico y accesorios	**CUMPLE**
PISO Su superficie no debe poseer elementos afilados o cortantes. La disposición de los soportes y elementos metálicos para los equipos de asistencia deben quedar de tal forma que no produzcan daño a los ocupantes del vehículo. La superficie del suelo debe ser horizontal, sin escalones, cualquier cambio de nivel se debe hacer mediante rampa de pendiente inferior al 6 %. Para garantizar las condiciones de bio-seguridad y evitar los efectos de corrosión que produce el lavado del piso, las uniones de éste con las paredes deben estar herméticamente selladas. La totalidad del piso debe ser de material lavable, que evite la acumulación de mugre y contaminantes, sintético, retardante del fuego, resistentes a los agentes desinfectantes químicos, que garantice el aislamiento térmico y eléctrico, antideslizante, con empalmes sellados y unido permanentemente al vehículo	**CUMPLE**
SISTEMA ELÉCTRICO La Ambulancia deberá poseer dos sistemas eléctricos independientes; el primero proveniente del vehículo que además deberá extender por lo menos dos tomacorrientes bien identificados, protegidos por un breaker independiente de tal manera que un corto circuito producido por un equipo no afecte a los restantes, para conectar equipo 12 voltios ubicados en el área del paciente; El segundo proveniente de un sistema de convertidor de corriente de 12 voltios a 110 voltios, con 1000 vatios y que operara únicamente en el compartimiento del paciente. Habrá Tres tomacorrientes dobles a 110 voltios en la ambulancia. El segundo sistema eléctrico deberá ser alimentado por dos baterías.	**CUMPLE**
PUERTAS La ambulancia deberá constar de cuatro puertas las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Dos Puertas laterales en la cabina de conducción originales del vehículo. Una Puerta trasera original del vehículo compuesta por dos naves de apertura sobre su eje vertical, con dos lunetas polarizadas, una manija exterior, un switch de cortesía para indicador de puerta abierta. Una Puerta lateral derecha corrediza original del vehículo, con ventana de vidrios corredizos de seguridad polarizados, dos manijas: interior y exterior. Todas las puertas deberán tener una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización es máxima cuando la puerta está abierta.	**CUMPLE**

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

LUCES DE PRIORIDAD Y SISTEMA SONORO Las ambulancias deben contar con dispositivos de señalización óptica de preferencia de paso, en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas, de tipo, intermitente, rotativo, estroboscópico (destelllante) o de diodo de emisión de luz (led) con mínimo dos unidades independientes de emisión de luz, ubicadas en los extremos de la barra, con una duración máxima de cada destello de 0,6/f, siendo f la frecuencia de destello. Visible como mínimo a 180° de fácil observación a la luz día y con la misma intensidad de luz a cada lado, parlante de 100 vatios de potencia y sirena electrónica de cuatro tonos, Hom, Wal, Yelp y Phaser, con sistema de perifoneo con control de volumen. Tanto la barra como la sirena se controlan desde la cabina de conducción y del pito convencional del vehículo. Toda ambulancia debe tener como mínimo un dispositivo de señalización óptica en la parte posterior de la carrocería del vehículo que puede ser de tipo intermitente, rotativo, estroboscópico (destelllante) o de diodo de emisión de luz (led), con una unidad de emisiónde luz en el centro de la carrocería o dos a los extremos de la misma, con una duración máxima de cada destello de 0,6/f. Visible como mínimo a 180° y de fácil observación a la luz día. Tres Lámparas LED interiores con luz baja y alta, para brindar excelente iluminaciónen el área del paciente con su respectivo interruptor de apagado y encendido. Dos Lámparas exploradoras antiniebla delanteras de 12 voltios. Cuatro Lámparas LED de color rojo con base, ubicadas en los laterales. Cuatro Lámparas a LED de luz fijas color blanco con inclinación a 15° ubicadas en los costados de la carrocería. Una Exploradora trasera de 12 voltios. Una Lámpara LED para indicar luz de cargue instalada en el interior de la puerta trasera. Un Pito de reversa de 12 voltios. Un Extractor de olores. Un Porta fusible para el área del paciente. Un Inversor de corriente 1000 vatios con toma corriente de 60 hertz para instalación de equipos médicos a 110 voltios, con breaker de seguridad. Una Barra con ganchos para líquidos parenterales. Un Interruptor master para bloquear sistema eléctrico del área del paciente instalado en la cabina de conducción. Un Pasamanos interior en aluminio para el personal acompañante. Una Batería sellada de libre mantenimiento de 100 amperios. Dos Tomacorrientes a 12 voltios, tipo encendedor de cigarrillos. Tres Tomacorrientes dobles a 110 voltios para equipos médicos. Un Toma corriente exterior tipointemperie para entrada de energía externa. Una Extensión de cable 3X14 de 15 Metros deconexión apantallado con polo a tierra para la cometida de la Red urbana con sus extremosdebidamente adaptados para lograr la alimentación eléctrica desde el exterior a 110 voltios.	**CUMPLE**
PINTURA En Poliuretano tipo vehicular de color Blanco	**CUMPLE**
EMBLEMAS Dos Letreros de "AMBULANCIA" en los costados. Un Letrero de "AMBULANCIA" en la parte delantera en sentido inverso con medidas reglamentarias con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a	**CUMPLE**

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

una distancia mínima de 60 metros. Un Letrero de "AMBULANCIA" en la parte trasera. Un Letrero de "AMBULANCIA" en el techo. Cinco Emblemas institucionales instalados en los costados, techo, capot y puerta trasera de la Ambulancia. Un Símbolo Internacional de la cruz de la vida instalado en puerta trasera de la Ambulancia. Tres Emblemas Protectores de "Misión Medica" instalados en laterales y techo de la Ambulancia. Número del móvil, y sigla "TAB", instalados en los costados y puerta trasera de la Ambulancia .PBX Instalados en las puertas delanteras del vehículo. Calcomanías de "NO FUMAR" y "UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD" en el compartimiento del paciente y en el compartimiento del conductor	**CUMPLE**
DOTACION MÉDICA: Una Caja de plástica de 19" de gran resistencia. Una Camilla rodante de altura variable Dos posiciones, construida en aluminio capaz de soportar un peso de hasta 180 Kilogramos, con soportes de fijación al piso, atril portasuero de dos ganchos, barandas ajustables, cinturones de seguridad, espaldar reclinable para varias posiciones hasta 75°, colchoneta constituida en su interior con espuma de 10 centímetros de espesor y en su exterior forrada en un material de fácil lavado; con sistema mecánico de anclaje al piso para evitar su desplazamiento en cualquier sentido mientras el vehículo se encuentra en movimiento; y regulación mecánica diseñada para ser accionada por una sola persona. Una Camilla rígida para inmovilización espinal en poliuretano tipo araña larga con tres correas para asegurar el paciente. Una Camilla rígida para inmovilización espinal en madera tipo araña corta con dos correas para asegurar el paciente. Un Cilindro de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de 3m³ c/u. Incluye dos Mascarillas para adultos y dos Mascarillas para niños, un regulador pre calibrado con manómetro. Acople rápido, flujometro, dosificador con su respectiva manguera. Una Cilindro de oxígeno medicinal portátil en aluminio con capacidad total de almacenamiento de 0.5m³, incluye un regulador pre calibrado con manómetro con su respectivo estuche, permitiendo asa el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente. Dos basureras para la clasificación y segregación de los residuos generados Roja y Verde. Un Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico. Un Fonendoscopio pediátrico que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico. Dos Inmovilizadores cervicales graduables adulto. Dos Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico. Un Inmovilizador lateral de cabeza. Tres Juegos de férulas de cartón o de plástico o maleables para las extremidades (brazo, antebrazo, pierna y pie). Una Lámpara de mano (linterna) para examen médico con bateríasde repuesto. Una Llave boca fija de 1 1/8 para cambio de cilindro de oxígeno. Una Manta térmica aluminizada. Un Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenten como mínimo con: trazado electrocardiógrafo, presión no invasiva, saturación de oxígeno que puede estar integrado en el monitor o externo. Un Pato mujeres plástico. Un Pato hombres plástico. Una Perilla de Succión.Una Pinza de Maguill. Una Riñonera en acero en acero	**CUMPLE**

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

inoxidable. Una Silla de ruedas portátil, liviana y plegablefabricada en tubería redonda, con asiento y espaldar en lona permitiendo el lavado y desinfección sin deteriorarse, con dos cinturones de sujeción para el paciente, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg sin sufrir daños en su estructura.Posee dos (2) manijas plegables y levanta pies que le permite al auxiliar un fácil transportedel paciente. Un Succionador "Aspirador de Secreciones" eléctrico con dispositivos para succión de repuesto (Cauchos de succión / látex), con sondas de aspiración de varios tamaños. Un Tensiómetro con brazalete adulto. Un Tensiómetro con brazalete pediátrico. Un Termómetro clínico digital. Una Tijera de material o cortatodo. Dos Vendas de algodón.Dos Vendas de gasa. Dos Vendas triangulares. Una Venda elástica de 3" por 5 yardas. UnaVenda elástica de 4" por 5 yardas. Una Venda elástica de 5" por 5 yardas. Un Aditamento supraglótico adulto. Un Aditamento supraglótico pediátrico. Dos Apósitos de gasa. Dos Apósitos de algodón. Una Caja de guantes desechables por 100 unidades. Una Cánula nasal de oxígeno para adulto. Una Cánula nasal de oxigeno pediátrico. Tres Catéteres venosos de diferentes tamaños. Una Cinta de esparadrapo de 2" por 5 yardas. Una Cinta de micropore color piel. Una Cobija para el paciente. Una Dextrosa en agua destilada al 10% 500cc. Dos Dextrosa en agua destilada al 5 % 500cc. Un Dispositivo auto inflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno para adultos con su respectiva caja vanityde 14". Un Dispositivo auto inflable de bolsa válvula mascara con reservorio de oxígeno pediátrico con su respectiva caja vanity de 12". Tres Equipos de Micro goteo. Seis Equiposde Macro goteo. Una Gafa de bioprotección. Dos Ganchos de cordón umbilical. Dos Jeringas desechables de 3ml. Dos Jeringas desechables de 5ml. Dos Jeringas desechablespara insulina de 1ml. Un Juego de sabanas para la camilla. Un Kit de sistema ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de oxigeno con su respectiva máscara de oxígeno. Un Kit de sistema ventury pediátrico con diferentesfracciones inspiradas de oxigeno con su respectiva máscara de oxígeno. Una Máscara oxigeno de no re inhalación con reservorio para adulto. Una Máscara oxigeno de no re inhalación con reservorio pediátrica. Una Máscara de oxígeno simple para adulto. Una Máscara de oxígeno simple pediátrico. Dos Mangueras o conectores de oxígeno. Una Micro cámara de nebulización con mascarilla para adulto o inhalo cámara. Una Micro cámara de nebulización con mascarilla pediátrica o inhalo cámara. Cinco Peri craneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños. Un Recipiente (Guardián) debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes. Cuatro Soluciones Hartman o Lactato de Ringer 500cc. Seis Suero salino normal 0.9% 500cc. Cinco Tapabocas. Un Torniquete para acceso IV. Un Torniquete para control de hemorragias. Dos Vasos humificadores simples. Dos Vasos humificadores ventury. Un Jabón antiséptico. Un Jabón quirúrgico de 500ml. Una Unidad de alcohol por 700ml. Una Unidad de solución yodada por 500 ml. Escoba. Trapero. Cepillode mano. Balde	**CUMPLE**

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 N° 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

EQUIPO PARA CARRETERA: Un Alicate con mango aislado. Un Juego de Atornilladores. Una Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos. Una Caja de fusibles con 20 unidades. Una Cuchilla rompe cinturones de seguridad. Dos Chalecos reflectivos para la tripulación. Dos Extintores para fuegos ABC, con capacidad de carga de 5Lb. Para cada uno de los compartimientos de la Ambulancia (cabina de conducción y compartimiento del paciente). Un Juego de cable de iniciación. Un Juego de Llaves boca fijas milimétricas por 6 unidades. Un Juego de señales reflectivas de emergencia o banderolas. Una Lámpara busca direcciones desmontable, para ser conectada en el encendedor de cigarrillos permitiendo así su utilización a distancia del vehículo. Una Lámpara con rejilla con extensión. Una Linterna. Una Llave peston o inglesa 3 cm de apertura. Un Maletín para albergar equipo de carretera. Un Martillo metálico tipo bola de 250 gramos. Una Palanca patecabra mínimo 50 cm. Dos Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo. Una Tijera corta todo	**CUMPLE**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES: Se deberá anexar de manera adicional con la propuesta lo siguiente: •Planos técnicos de vista general (interna y externa de la ambulancia) con dimensiones •Planos de ubicación y dimensiones de las puertas y ventanas •Planos de instalación del sistema sonoro de alerta vial •Plano de instalación de barra de luces •Planos o diagramas eléctricos y de la red de gases de la ambulancia •Planos o diagramas del habitáculo del paciente	**CUMPLE**
Homologación del chasis y la carrocería: Se deberá anexar en la propuesta la homologación correspondiente al vehículo, la cual permita la distribución a nivel nacional y además la homologación otorgada al fabricante de la carrocería o adecuación tipo ambulancia para el mismo, dichos documentos son indispensable para la matrícula y puesta en marcha del vehículo, por ende el oferente que no anexe en su propuesta lo requerido será inhabilitado, bajo el argumento de falta de capacidad para la ejecución del proceso contractual.	**CUMPLE**
Adicional el proponente deberá anexar en la propuesta la ficha técnica, donde se evidencie el cumplimiento de las características y certificación con autorización para su distribución, stock de repuesto y registro INVIMA	**CUMPLE**

Atentamente,

Firma del representante legal: _____
Nombre o Razón Social del Proponente: **INDUSTRIAS AXIAL S.A.S.**
Nombre del representante legal: SANDRA GALLEGO
N.I.T: 900.010.107-7

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

INDUSTRIAS AXIAL
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: IAFE245
FECHA EMISIÓN: 2021-08-19 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-19 09:04:17-05:00

Nº.Resolución: 18763002266299 **Prefijo:** IAFE **Consecutivo:** 1 hasta 1416 **Fecha:** 2019-12-02 **hasta** 2021-12-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S. **NIT:** 900010107-7 **Actividad Económica:** 2920 **Dirección:** CALLE 15 38 71 P1 ACOPI - YUMBO - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 3152577025 **Contacto:** LINA MARCELA ERAZO RAMIREZ **E-mail:** info@industriasaxial.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO **NIT:** 800108683-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 6 3A 23 - LA JAGUA IBIRICO - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5769206 **Contacto:** LA JAGUA CESAR **E-mail:** alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01	1.00	WSD	CAMIONETA Y ADECUACION TIPO AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) INSTALADA EN CITROEN JUMPY	218,319,327.73	IVA	19.00	41,480,672.27		259,800,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	218,319,327.73	41,480,672.27

Totales	
SUBTOTAL:	218,319,327.73
TOTAL Base Imponible:	218,319,327.73
IVA	41,480,672.27
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	259,800,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Nueve Millones Ochocientos Mil Con Cero COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OP4584			

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo		IAFE245						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800108683	OP4584			

CUFE: a74611420c99b08ab56b571d543c2876f1126d90e2b5e61f3184137f20239d62272b845175dc25a95f013b31661468f0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INDUSTRIAS AXIAL
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: IAFE246
FECHA EMISIÓN: 2021-08-19 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-19 09:09:32-05:00

N°.Resolución: 18763002266299 **Prefijo:** IAFE **Consecutivo:** 1 hasta 1416 **Fecha:** 2019-12-02 **hasta** 2021-12-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S. **NIT:** 900010107-7 **Actividad Económica:** 2920 **Dirección:** CALLE 15 38 71 P1 ACOPI - YUMBO - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 3152577025 **Contacto:** LINA MARCELA ERAZO RAMIREZ **E-mail:** info@industriasaxial.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO **NIT:** 800108683-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 6 3A 23 - LA JAGUA IBIRICO - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5769206 **Contacto:** LA JAGUA CESAR **E-mail:** alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01	1.00	WSD	CAMIONETA Y ADECUACION TIPO AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) INSTALADA EN CITROEN JUMPY	218,319,327.73	IVA	19.00	41,480,672.27		259,800,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	218,319,327.73	41,480,672.27

Totales	
SUBTOTAL:	218,319,327.73
TOTAL Base Imponible:	218,319,327.73
IVA	41,480,672.27
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	259,800,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Nueve Millones Ochocientos Mil Con Cero COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
OP4811			

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo		IAFE246						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800108683	OP4811			

CUFE: 4f68f6f49de221127b5fc5d531876e196a931296d4f00285f215105f67da74c788153b49baaaa98cc7d310fef2c8b4f6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/