



ADENDA No. 1

INVITACION DE MINIMA CUANTIA No 24 de 2021

OBJETO:


Adquisición de instalación de 3 zonas cardio protegidas que se compongan cada una de 1 desfibrilador externo automático (DEA) una (1) estación de pared para resguardo del DEA, un (1) Kit de señalización y un (1) Kit de bioseguridad, para la atención de emergencias y eventos cardiacos en personas dentro de las instalaciones de la administración municipal de Marinilla.

De conformidad con las observaciones presentadas dentro del proceso en mención y encontrándose dentro de los términos establecidos dentro de cronograma se procede a realizar la presente ADENDA y en los siguientes términos:

CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACION

Nombre	Imagen
<p>1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Equipo portátil;b. Sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilable;c. Capacidad de suministro de desfibrilación utilizando onda bifásica;d. Sistema de instrucciones de voz en idioma español;e. Operación automática;f. Para uso pediátrico y adulto;g. Disponibilidad permanente de electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente;h. Batería con duración mínima de veinticuatro (24) meses en estado de espera o recargable;i. Autodiagnóstico para control del estado del equipo y la batería;j. Memoria de almacenamiento de eventos;k. Transferencia y visualización de la información almacenada a algún medio electrónico; y,l. Manual de operación en idioma español y protocolo actualizado.	



<p>Registro INVIMA</p> <p>Con garantía de funcionamiento de 5 años.</p> <p>Las baterías deben durar mínimo 2 años.</p> <p>Los electrodos deben tener una vigencia de 1 año mínimo.</p>	
<p>1 Estación de pared para resguardo del DESFIBRILADOR (DEA), con iluminación tipo led y alarma auditiva.</p> <p>Dimensiones: H = 40 cms, L = 34.1 cms, P = 19.8 cms.</p> <p>Peso = 1,5 kg.</p> <p>Material: Policarbonato transparente, plástico ABS. Color: Verde</p>	
<p>1 Estación de pared para resguardo del DESFIBRILADOR (DEA), <i>soldadura de punto.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Excelente calidad y terminación.</i>• <i>Lamina col roll 26x8</i>• <i>Pintura epoxi en polvo electroestática horneada.</i>• <i>Puerta con apertura de 180° con ventana de vidrio o policarbonato</i>• <i>bisagras de hierro con remaches</i>• <i>Manija o jaladera.</i>• <i>Traba de puerta.</i>• <i>Cuatro perforaciones en cara trasera para fijación a pared.</i>• <i>Alarma sonora de 100db y exterior con led que se activa al abrir la puerta.</i>	




- Alimentación con batería de 9 volts.
- Calcos frente para su identificación.
- Medidas: 40cm de alto x 40cm de ancho x 15cm de profundidad. Ó 36 cm de alto x 36cm de ancho x 15cm de profundidad * De acuerdo a la necesidad del cliente.
- 1 año de garantía.

**UNA U OTRA DE LAS ESPECIFICACIONES
SERAN VALIDAS PARA LA PRESENTACION DE
LA OFERTA**

1 kit de señalización conforme la norma, blanco y verde con imagen de reconocimiento internacional sobre la ubicación de los equipos de desfibrilación (corazón con rayo) y siglas DEA/AED, además 2 adhesivos representativos con la sigla DEA (desfibrilador externo automático) y procedimiento de uso.

Los adhesivos deben medir 50 cms x 50 cms y que sea resistente a la humedad.




ADRIANA MARIA GOMEZ TAMAYO
Secretaria General, de Gobierno y CID

Elaboró: Adrian Marin Valencia
Revisó: Adriana Gomez
Aprobó: Adriana Gomez