FAC-S-2021-204157-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-204157-CI del 26 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA-DIALO-SULOG-AINBI

Señor Brigadier General
OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Jefe Jefatura Salud
Ciudad

Asunto: Solicitud reducción contrato

Respetuosamente me permito informar al señor Brigadier General Jefe Jefatura Salud y Ordenador del Gasto que de acuerdo a la primera revisión técnica realizada al Impedanciometro marca Interaccustics modelo AZ26 serie 42001 del DIMAE, mediante reporte de servicio No.3265 de fecha 22 de julio del 2021 la empresa contratista emite concepto donde relaciona: " el equipo está en obsolescencia por parte del fabricante lo que impide conseguir repuestos, se sugiere actualización por vida útil".

De acuerdo a lo anterior, el equipo no cumple con los parámetros de fabrica para continuar su operación por lo que ya no se requiere la realización de (02) visitas de mantenimiento adicionales de acuerdo al contrato No.100-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LOS ESM FAC" y debido a esto solicito respetuosamente la reducción del contrato por un valor de $ 780.000.00, toda vez que el valor total de (03) visitas es $1.170.000,00.

Cordialmente,



Técnico Tercero JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
Técnico Electromedicina

Anexo:

Elaboró: T3. OSORIO / AINBI Aprobó:T3. OSORIO / AINBI