



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL**

No. GS-2021/

AREAD-GUCON – 3.1

Bogotá D.C.,

17 NOV 2021

Señores
Oferentes
La ciudad. –

Asunto: Respuesta observación Pliego de condiciones PN HOCEN SA 039-2021.

En atención a la observación efectuada al pliego de condiciones del proceso SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 045 2021, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**, el Hospital Central de la Policía se permite brindar respuesta en los siguientes términos:

Observación presentada por KCI Colombia S.A.S 16/11/2021

Primera Observación

...“OBSERVACIÓN:

Puntualmente, nos permitimos insistir a la Entidad sobre el hecho de que la forma en la que se redactó la especificación técnica incluida en el Item N° 9 del Anexo No.1 del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso “Canister de 800cc” limita la posible participación de compañías con amplia trayectoria en este tipo de proyectos, tal y como es el caso de KCI Colombia S.A.S:

9	CANISTER DE 800CC	UNIDAD
	· EMPAQUE INDIVIDUALES	
	· DE TAMAÑO DE 800CC	
	· ESTERIL	
	· TRANSPARENTE	
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR	
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD	
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS	
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	

Consideramos que la exigencia incluida en el Item N° 9 del Anexo No.1 del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso “Canister de 800cc” representa una clara transgresión al derecho a la igualdad y principio de selección objetiva, en tanto que el requisito planteado en el anterior Item no solo impide que KCI Colombia S.A.S. pueda participar en este Proceso, sino que las especificaciones técnicas de dicho producto limitarían injustificadamente la participación de diversas empresas en el marco del presente Proceso.

Adicionalmente, queremos manifestar enfáticamente que, en nuestro parecer, el presente Proceso tal y como ha sido desarrollado a la fecha, contraría abiertamente los artículos 24 y 25 de la Ley 80

de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, en la medida que los estudios previos no soportan ni justifican de forma concreta clara y objetiva la razón por la que la Entidad exige que el rango de capacidad del Canister del Ítem No. 9 necesariamente deba ser de 800cc y no de un rango superior que permitiría que varias compañías con amplia trayectoria en este tipo de proyectos puedan participar y, que, en esa medida se garantice la libre concurrencia de entidades capacitadas para ofrecer este tipo de productos.

Es por lo anterior que nos permitimos solicitar nuevamente a la entidad que amplie el rango de medida del ÍTEM N°9 CANISTER DE 800CC. en +/- 200cc, para permitir la pluralidad de oferentes dentro del Proceso de la referencia.”...

Respuesta Primera Observación:

En atención a la observación el Hospital Central de la Policía Nacional, ACEPTA la misma, y amplía el rango de 800CC +/- 200CC para el Ítem 9 - CANISTER DE 800CC del Grupo No. 1 SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA AL VACIO, toda vez que la ampliación del rango no afecta la funcionalidad del insumo en el servicio de clínica de heridas y garantiza la pluralidad de oferentes en el presente proceso, por lo expuesto se modifica el ANEXO No. 1 - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y ANEXO No. 2 - FICHA TECNICA, ANEXO No. 3 - INFORMATIVO PRECIOS TECHO y ANEXO No. 4 - PORCENTAJE DE IVA, del pliego de condiciones, las cuales quedaran así:

**ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

GRUPO N° 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA					
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
				SI	NO
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 10X7.55 X3CM +/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/ APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · ESTERIL · APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 18X13X3.5CM +/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA · ESTERIL · APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA · KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS · TAMAÑO 25.5X15 X3,2CM +/- 5CM · COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO	UNIDAD			
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD			
	· APOSITO ABDOMINAL EN FORMA DE SOMBRILLA				
	· CON CAPA PROTECTORA VISCERAL DE POLIURETANO FENESTRADA				
	· CON DOS ESPUMAS PERFORADAS				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO					

5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD			
	· ESTERIL				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS				
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD			
	· ESTERIL				
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS				
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS				
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC				
	· ESTERIL				
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 500CC				
	· ESTERIL				
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 800CC en +/- 200cc				
	· ESTERIL				
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUALES				
	· DE TAMAÑO DE 1000CC+/- 100CC				
	· ESTERIL				
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD			
	· ESTERIL				
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD			
	· EMPAQUE INDIVIDUAL				
	· POLIPROPILENO, TERMOPLÁSTICO Y NYLON				
	· RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y COMPRESIÓN				

**ANEXO No. 2
FICHA TECNICA**

GRUPO No. 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA AL VACIO			
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO UNSPSC
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/ APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· APOSITO CON PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 10X7.55 X3CM+/- 5CM		
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· TAMAÑO 25.5X15 X3,2CM+/- 5CM		
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	· 4231000 - Productos para el cuidado de heridas. · 42312600 - Productos de terapia de presión negativa para heridas
	· APOSITO ABDOMINAL EN FORMA DE SOMBRILLA		
	· CON CAPA PROTECTORA VISCERAL DE POLIURETANO FENESTRADA		
	· CON DOS ESPUMAS PERFORADAS		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· KIT CON UN TUBO CON CLAMP Y PELICULAS ADHESIVAS		
	· POROS RETICULADOS ENTRE 50 A600 MICRAS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS			
· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO			
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 900CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		



	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
9	CANISTER DE 800CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 800CC+/- 200CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUALES		
	· DE TAMAÑO DE 300CC+/- 100CC		
	· ESTERIL		
	· TRANSPARENTE		
	· CON GEL PARA SOLIDIFICAR LOS FLUIDOS PARA DESCARGA BACTERIANA Y MAL OLOR		
	· CON FILTROS DE BIOSEGURIDAD		
	· GRADUADO EN MILITROS O CENTIMETROS CUBICOS		
	· COMPATIBLE CON CANISTER Y EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO		
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	
	· ESTERIL		
	· SIRVE PARA CONECTAR DOS ALMOHADILLAS A AL SISTEMA		
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	
	· EMPAQUE INDIVIDUAL		
	· POLIPROPILENO, TERMOPLÁSTICO Y NYLON		
	· RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y COMPRESIÓN		

**ANEXO No. 3
INFORMATIVO PRECIOS TECHO**

GRUPO NO. 1 SISTEMA DE PRESION NEGATIVA AL VACIO							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2021	VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2022	VALOR TOTAL VIGENCIA 2021 - 2022
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$345.000,00			
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$445.000,00	\$70.000.000,00	\$56.000.000,00	\$126.000.000,00
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	1	\$322.000,00			

4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	1	\$1.250.000,00		
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	1	\$267.070,00		
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	1	\$252.578,00		
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	1	\$380.000,00		
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	1	\$470.000,00		
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD	1	\$490.000,00		
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD	1	\$650.000,00		
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	1	\$56.000,00		
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	1	\$121.951,00		

**ANEXO No. 4
PORCENTAJE DE IVA**

ÍTEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE IVA
1	APOSITO PEQUEÑO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO PEQUEÑO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
2	APOSITO MEDIANO CON IONES DE PLATA Y/O APOSITO MEDIANO DE ESPUMA CON APOSITO CON PLATA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
3	APOSITO LARGO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA	UNIDAD	__%
4	TRAC ABDOMINAL	UNIDAD	__%
5	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 15+/- 5CM	UNIDAD	__%
6	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO 10X 7,5 +/- 5CM	UNIDAD	__%
7	CANISTER DE 300CC	UNIDAD	__%
8	CANISTER DE 500CC	UNIDAD	__%
9	CANISTER DE 800CC+/- 200CC	UNIDAD	__%
10	CANISTER DE 1000CC+/-100CC	UNIDAD	__%
11	CONECTOR EN Y	UNIDAD	__%
12	CONECTOR ENTRE APOSITO Y CANISTER	UNIDAD	__%

Atentamente,

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director (E) Hospital Central Policía Nacional

Proyector SF. ROCIO AGUDELO CRUZ
Analista de Contratos HOCEN
Revisó: CT. SAID GALLO URINA
Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisado por: MY. JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ
Jefe Área administrativa HOCEN (E)
Revisado por: PT. MONTSERRAT OLGA ISABEL RENGIFO CAMPOS
Jefe Asuntos Jurídicos HOCEN (E)

Fecha de elaboración: 17/11/2021
Ubicación: Escritorio/procesos 2021

Carrera 59 N° 26 – 21 CAN – Segundo Piso
Teléfonos: 5804401 EXT. 1654
hocen.gucot4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS – OF – 0001
VER: 3

