
INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	CANULA DE GUEDELL O MAYO	1. Cuerpo Cánula de Guedell 2. Conector Cánula de Guedell / (código color).	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.		
Marca:	BIOLIFE		
Vida Útil:	3 años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	2011 DM-0008169		
Vigencia:	24 Noviembre 2021		
Clasificación de riesgo:	IIa		
Método de esterilización	Óxido de Etileno (ETO)		

Descripción y uso del producto	Diseñado para mantener despejada la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el flujo de aire, superficie lisa (sin bordes o aristas), con canal de ventilación. Aséptico, libre de patógenos, código de colores, ESTÉRIL por Óxido de Etileno.
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso de un solo paciente. • El contenido se garantiza mientras el envase permanezca sellado y sin alteraciones. • No utilizar después de la fecha de expiración.
Advertencias	Ninguna conocida.
Composición	Fabricada en Polipropileno.
Contraindicaciones	Ninguna conocida.
Numero de Re-usos	Un solo uso. Producto Descartable.
Presentación comercial:	Envase: Bolsa por unidad Embalaje: Paquete x 50 unidades

No	0	1	2	3	4	5
Tamaño	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm
Color	Azul	Negro	Blanco	Verde	Amarillo	Rojo

Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación.
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Tecnico	Gerente General
NOMBRE	Kelly Murcia Salas	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A., por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.