INSECAR S.A.S.

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS 2021

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	INV	JUNIO				¿SE REALIZA MTTO?	CUM
						1ra	2da	3ra	4ta		
1	TENSIOMETRO	GMD	DIAGNOSTIC	14074434	INNC-001					Si	
2	TENSIOMETRO	GMD	DIAGNOSTIC	17041323	INNC-026					Si	
3	TENSIOMETRO	GMD	GENERICO	15094008	INNC-003					Si	
4	TENSIOMETRO	VALCRI	GENERICO	NO IDENTIFICADO	INNC-046					Si	
5	TENSIOMETRO	GMD	DIAGNOSTIC	14061029	INNC-043					Si	
6	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-007					Si	
7	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-011					Si	
8	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-008					Si	
9	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	HTC-2	NO IDENTIFICADO	INNC-013					Si	
10	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-033					Si	
11	TERMOHIGROMETRO	KTJ THERMO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-051					Si	
12	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-012					Si	
13	TERMOHIGROMETRO	GENERICO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-010					Si	
14	TERMOHIGROMETRO	KTJ THERMO	TA318	NO IDENTIFICADO	INNC-006					Si	
15	TERMOMETRO NEVERA	KEX GERMANY	RT-803E	NO IDENTIFICADO	INNC-005					Si	
16	BASCULA PESA PERSONA	GMD	BD-1522-19	122201747	INNC-054					Si	
17	BASCULA PESA PERSONA	KENWELL	160KG	NO IDENTIFICADO	INNC-022					Si	
18	BASCULA PESA PERSONA	KENWELL	160KG	NO IDENTIFICADO	INNC-055					Si	
19	SUCCIONADOR	SMAF	SXT - SA	NO IDENTIFICADO	INNC-019					Si	
20	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	309024 - M1290148000	INNC-018					Si	
21	BOMBA DE INFUSION	BODYGUARD	323	B25034	INNC-021					Si	
22	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENE HEART D3	EL - 25003112	INNC-032					Si	
23	MONITOR MULTIPARAMETRO	NELLCOR	N 5600	23310030003	INNC-020					Si	
24	MONITOR MULTIPARAMETRO	GENERAL MEDITECH	G3H	G3H1407T16	INNC-034					Si	
25	DOPPLER FETAL	FETAL DOPPLER	RED - A	RFE2014084392	INNC-015					Si	
26	NEBULIZADOR	SUNRISE	56500	D3906634						Si	

% DE MPLIMIENTO JUNIO	DICIEMBRE				¿SE REALIZA MTTO?	% DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE
	1ra	2da	3ra	4ta		
100%					No	0%
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	
					No	

INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18348

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Bomba de Infusión

MARCA: Bodyguard

MODELO: 323

SERIE: B25034

CODIGO: INNC-021

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: Equipo se encuentra trabajando correctamente. bateria no carga suficiente sn: 229789 /2017 .

TRABAJO REALIZADO: Limpieza externa
- Limpieza interna
- Verificación de alarmas
- Verificación de baterías
- Verificación de cable AC
- Verificación de pantalla
- Verificación de parámetros con patrones certificados
- Verificación de puerta
- Verificación de teclado

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN - MARCA: FLUKE BIOMEDICAL - MODELO: IDA 1S - SN: 3268071

RECOMENDACIONES: Se recomienda cambiar batería.

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Canal	Equipo	Patrón	Unidad	equipo	Patrón	Unidad
Canal 1	200	202,79	ml/h	10	10,09	ml
Canal 2	200	x	ml/h	10	x	ml

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18363

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Desfibrilador

MARCA: Mindray

MODELO: Beneheart D3

SERIE: EL-25003112

CODIGO: INNC-017

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: El equipo presenta el cable de corriente (AC) con deterioro en aislante externo.

TRABAJO REALIZADO: Limpieza externa
- Limpieza interna
- Verificación de alarmas
- Verificación de baterías
- Verificación de cable AC
- Verificación de impresora
- Verificación de pantalla
- Verificación de parámetros con patrones certificados
- Verificación de teclado
- Verificación de palas de desfibrilación

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN - MARCA: FLUKE BIOMEDICAL - MODELO: IMPULSE 7000DP - SN: 3268071

RECOMENDACIONES: Se recomienda realizar cambio de cable de corriente (AC)

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Equipo	Patrón	Unidad
50	46.3	J
150	135.9	J
200	175.8	J
300	267.4	J
360	325.7	J

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18357

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Electrocardiografo

MARCA: Edan

MODELO: SE-3

SERIE: 309024-M12901480006

CODIGO: INNC-018

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: El equipo funciona correctamente

TRABAJO REALIZADO: Limpieza externa
- Limpieza interna
- Verificación de accesorios
- Verificación de baterías
- Verificación de impresora
- Verificación de parámetros con patrones certificados
- Verificación de teclado

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN - MARCA: FLUKE BIOMEDICAL - MODELO: IMPULSE 7000DP - SN: 3268071

RECOMENDACIONES: Realizar cambio del cable AC debido a que presenta exposición de cableados internos por daño en su empaquetadura.

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Patrón	Equipo	Unidad
60	60	BPM
90	90	BPM
120	120	BPM
150	150	BPM
180	180	BPM

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18355

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Monitor Multiparámetros

MARCA: Nellcor

MODELO: N5600

SERIE: 023310030003

CODIGO: INNC-020

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: Se realiza mantenimiento preventivo programado encontrando equipo sin sensor de saturación, sin teclado y con brazalete dañado, se realiza cambio de brazalete

TRABAJO REALIZADO: Cambio de repuestos
- Limpieza externa
- Verificación de accesorios
- Verificación de brazalete
- Verificación de mangueras
- Verificación de pantalla
- Verificación de parámetros con patrones certificados
- Verificación de teclado

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES - MARCA: FLUKE BIOMEDICAL - MODELO: PROSIM 4 - SN: 2300046

RECOMENDACIONES: Instalar sensor de Saturación

¿TIENE ACCESORIOS?: Sí

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS: 1 Brazalete de una vía

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-17

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-17

Tabla de resultados

ECG			SPO2			NIBP				
Patrón	Equipo	Unidad	Patrón	Equipo	Unidad	Patrón		Equipo		Adulto
60	60	BPM	85	N/A	%	Sistólica	Diastólica	Sistólica	Diastólica	Unidad
90	90	BPM	90	N/A	%	60	30	61	31	mmHg
120	120	BPM	95	N/A	%	120	80	124	80	mmHg
150	150	BPM	97	N/A	%	150	100	152	102	mmHg
180	180	BPM	99	N/A	%	200	150	150	153	mmHg

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18340

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Nebulizador

MARCA: Phillips

MODELO: 1095059

SERIE: BUS0722408

CODIGO: INNC-053

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: El equipo funciona correctamente.

TRABAJO REALIZADO: Limpieza externa
- Limpieza interna
- Verificación de fuga

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: HERRAMIENTAS VARIAS

RECOMENDACIONES: Ninguna

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18329

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Pulsioximetro

MARCA: ChoiceMMed

MODELO: MD300C29

SERIE: 174627002423

CODIGO: INNC-014

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: Equipo se encuentra operativo

TRABAJO REALIZADO: Limpieza externa
- Verificación de baterías
- Verificación de bombillo
- Verificación de pantalla
- Verificación de parámetros con patrones certificados
- Verificación de teclado

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: HERRAMIENTAS VARIAS

RECOMENDACIONES: Ninguna

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Patrón	Equipo	Unidad
85	88	%
90	92	%
95	96	%
97	98	%
99	99	%

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento



INGENIERIA DE BIOSERVICIOS
Soluciones Diseñadas

Venta **mantenimiento** y **asesoría** de equipos médicos
Soluciones **Diseñadas**

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

No.18339

CLÍNICA: Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen

EQUIPO: Tensiometro Analogo

MARCA: GMD

MODELO: Genérico

SERIE: INNC-052

CODIGO: INNC-052

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo-1

PREVENTIVO CON PROBLEMA: No

REPORTADO POR: N/A

CARGO: N/A

SOLICITUD DE SERVICIO: N/A

DIAGNÓSTICO: El equipo funciona correctamente dentro de los parámetros dados por el fabricante.

TRABAJO REALIZADO: Verificación de accesorios
- Verificación de parámetros con patrones certificados

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: MANÓMETRO DIGITAL - MARCA: ADDITEL - MODELO: ADT681-05-CP100-PSI-N-PB - SN: 211H16970017

RECOMENDACIONES: Ninguna

¿TIENE ACCESORIOS?:

ACCESORIOS Y REPUESTOS INSTALADOS:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO: No

EN CASO DE SER AFIRAMTIVO, EXPLICAR EL MOTIVO:

EQUIPO NECESITA SER RETIRADO: no aplica, EN EL LABORATORIO

FECHA DE SERVICIO: 2021-06-16

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO: 2021-12-16

Tabla de resultados

Equipo	Patrón	Unidad
40	39,7	mmHg
80	80,0	mmHg
120	119,4	mmHg
160	159,6	mmHg
200	200,2	mmHg

Firma de quien recibe

Firma de quien realiza el mantenimiento

