REPORTE DE SERVICIO - DE - 3166

Version 1
FC-001

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**SUCURSAL:**	PUERTO BERRIO
DIRECCIÓN:	CL 43 20 137 BARRIO MALENA	**CIUDAD:**	Antioquia

DATOS DE CONTACTO

CONTACTO:	Gloria Elena Vasquez	**CARGO:**	Instructora área ambiental
TELÉFONO:	3012172149	**E-MAIL:**	gvasquezy@sena.edu.co

DATOS DE SERVICIO

FECHA SERVICIO:	18/11/2021	**TIPO SERVICIO**	Preventivo
SOLIC./CONTR. No:		**S. FACTURABLE:**	
REPORTE DIARIO:	7521		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	EAA - iCE 3500	**MARCA:**	Thermo Scientific
MODELO:	iCE 3500	**SERIAL:**	AA05124603
SOFTWARE:		**VERSIÓN:**	
SISTEMA OPERATIVO:		**CÓDIGO INTERNO:**	

DETALLE DE LA SOLICITUD

Preventivo. OV-7407.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Preventivo. OV-7407.

Estado inicial
Se encuentra equipo apagado
Se instala cilindro de gas Acetileno alta pureza grado analítico.
Actividades a realizar
1. Se realizo prueba inicial con los estándares de NI 10 ppm según fabrica.
los resultados son buenos.
2. Se retiran las carcasas para verificar los elementos internos como: tarjetas electrónicas, carrusel
de lamparas, espejos y ventanas ópticas, voltaje de ingreso al equipo 118V Y 0.265 fase/tierra. chasis
y carcasas en buen estado.
3. se desmonta la cámara de nebulización para hacerle lavado interno con jabón neutro y se arma nuevamente.
4. Se realizo limpieza general.
5. Se realizo optimización al sistema de nebulización

Estado Final
Se deja equipo preparado para la calificación operacional

PROFESIONAL TÉCNICO INNOVATEK

Nombre:	Jorge Saldarriaga			**Fecha:**	2021/11/18
H Inicio:	07:30:00	**H Fin:**	17:30:00	**Duración:**	10

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES

REPUESTOS/CONSUMIBLES PENDIENTES

Profesional Técnico INNOVATEK



Usuario



2021-11-19 14:04

FIRMA		FIRMA	
Nombre	Jorge Saldarriaga	Nombre	
Telefono	3215076023	Telefono	