

REPORTE DE MANTENIMIENTO

CORPOURABA

MANTENIMIENTO SISTEMAS TRATAMIENTO DE AGUA PARA LABORATORIO.

LABORATORIO DE AGUAS CORPOURABA.

CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO.

Especialista Tecnológico En Producción y Consumo Sostenible.

RUT 8437996.

Cel. 3146475736.

cpalacioslozano@gmail.com

09/11/2021



Objetivo general:

Determinar las condiciones de operación del equipo de osmosis inversa, disminuir los daños ocasionados por factores de demora en los cambios y presencia de fallas.

Mantenimiento Preventivo:

La finalidad es prevenir y minimizar la probabilidad de fallas, mediante el reemplazo o ajuste de aquellos elementos de mayor desgaste o uso en los equipos. El cronograma de mantenimiento de los equipos se realizará acorde a lo establecido en la propuesta anual de mantenimiento y debe considerar la totalidad del equipo.

Los mantenimientos preventivos serán realizados en el horario que no afecte o interfiera el trabajo de los usuarios, a menos que por necesidad sea solicitado.

Este servicio se brindará un mínimo de cuatro veces al año, o en el caso de requerimientos o pedido de servicios puntuales.

Las rutinas de mantenimiento a realizar varían; sin embargo, en forma general deberán cubrir los siguientes aspectos:

- Contactar y notificar al usuario interno la fecha y hora en que se realizará el mantenimiento.
- Acudir el día y hora convenida al sitio establecido.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE.

- Revisión general de los sistemas.
- Cambio filtro.
- Ajuste cloro.
- Conductividad 0.57 µS.

Cesar augusto palacios lozano
Cel. 3146475736



Realizado por:



CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO.
Especialista Tecnológico en Producción y Consumo Sostenible
Cel. 314 647 5736
RUT. 8437996
cpalacioslozano@gmail.com