

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
EVALUACIÓN TÉCNICA

Proceso de Mínima Cuantía 002-2022

OBJETO: “ALQUILER DE MARCO DE ESTEREOTAXIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO. ÍTEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	Marco de Estereotaxia	<ul style="list-style-type: none">Alquiler Equipo para cirugía extereotaxia con software de planeación adaptable a la resonancia magnética y escanografía cerebral que tenga espátulas cerebrales guiadasFiducias para resonancia cerebralFiducias para escanografíaCon anillo cefálicoBarras de extensiónSemiarco16 pines de diferentes tamaños en acero inoxidable12 pines en punta de titaneo compatibles con RNMSet completo de espátulas cerebrales5 agujas para biopsiaAguja para drenaje de hematomas con tornillo de ArquímedesPinza para biopsia tipo grasper	Equipo

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER ALLEGADOS EN LA OFERTA)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA REACTIVOS

REQUERIMIENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE – OBSERVACIÓN
1. CARTA DE COMPROMISO	Carta de compromiso la cual hará parte integral del Contrato, donde se certifique el ofrecimiento de Asesoría en Apoyo Post Venta a prestar para los bienes que suministre.	CUMPLE
2. CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA	Anexar catálogos o fichas técnicas de los bienes o demás documentos que permitan detallar las	CUMPLE



	características de los bienes ofrecidos en castellano para cada ítem	
3. REGISTRO INVIMA	Registro sanitario INVIMA vigente	CUMPLE
4. GARANTÍA TÉCNICA	"(...) Que sea por un término no inferior a seis (6) meses contados desde el momento de la recepción a satisfacción del bien y/o servicio incluido (...)"	NO CUMPLE No aporta documento en los términos mínimos señalados en el pliego
5. TERMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	"(...) El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de (3) días calendario para los insumos, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del Hospital Militar Central (...)"	NO CUMPLE No aporta documento en los términos mínimos señalados en el pliego
6 FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Formulario cumplimiento de especificaciones técnicas	CUMPLE

El oferente NEURO LOR SAS, NO CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones, por lo cual deberá subsanar durante el término de traslado del informe de evaluación.


Dr. Leonardo Andres Chacón Zambrano
Servicio de Neurocirugía
Comité Técnico Evaluador