FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

FICHA TÉCNICA No. FTDM-036V00	
SET PARA INFUSIÓN VL ON90	
INFORMACIÓN BÁSICA	
Nombre del producto	Set infusión ON90 Libre PVC Opaco 15µ
Referencia	M46444900S
Descripción	Set para infusión epidural libre de PVC, Opaco, con filtro de 15µ. Para infusion de: - Cualquier medicamento/liquido incluyendo medicamentos fotosensibles. - Medicamentos que no tienen requerimientos particulares de filtración. Medicamentos no compatibles con PVC, o que tengan interacciones con agentes plastificantes de PVC.
Presentación comercial	Bolsa que contiene 1 Set.
Máquina	*No aplica.*
Marca	Fresenius Kabi
Uso o Destino	Para uso con la Bomba de Infusión Volumat Agilia
Técnica de Diagnóstico	N/A
Características Especiales	Longitud: Aprox. 270 cm Volumen de cebado: Aprox. 25 mL Materiales principales PUR, PP, Silicona
Clasificación del Riesgo	IIb
Tipo de Dispositivo	N.R.
Registro sanitario INVIMA	INVIMA 2010EBC - 0006194
Fecha Resolución	Resolución No. 2010024982 de 13 de agosto de 2010
Fecha vencimiento Registro	31/08/2020
Condiciones de Almacenamiento	Condiciones normales de almacenamiento, Almacénese en un lugar fresco y seco.
Titular	Fresenius Kabi AG con domicilio en Alemania
Fabricante	Fresenius Kabi AG con domicilio en Alemania
Importador	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. Av. Cra 7 # 155 C 20 North Point Torre E, piso 40-Bogotá - Colombia

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

Origen	Alemania

DATOS ADICIONALES	
Característica	Vida útil: 36 Meses

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
VIVIANA MOLINA HERRERA **Coordinadora de Asuntos Regulatorios**	**PAULA ANDREA PARRA VARGAS** **Gerente de Asuntos Regulatorios**