

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11981**

FECHA: 15/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Cedis</u>	Equipo: <u>Identificador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jose Escalante</u>	Marca: <u>Hydrex</u>
Teléfono: <u>300 493 5123</u>	Modelo: <u>Velacomprehensive</u>
Ciudad: <u>Riohacha - La Guajira</u>	S/N: <u>CA 05088</u>
Contrato: <u>11585</u>	Ubicación: <u>VCT</u>
Daño fuera de Garantía: <u>- 0 -</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	<u>Visita de mantenimiento preventivo HTT: 532</u>
	<u>MTV: 531</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo.</u> <u>Se realiza Test UVT; Prueba de fugas, calibración de sensor O2,</u> <u>Test de batería, pantalla, alambres, membranas, leds. Se realiza</u> <u>test de desempeño en parámetros: Vm, VT, P, P, P, I, E, TC, frecuencia,</u> <u>% f102. Se utiliza equipo de verificación TSI.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones</u> <u>del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>José Escalante</u>	H. Llegada: <u>2:15pm</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar C.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomédico</u>	H. Salida: <u>2:15pm</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>