

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11990**FECHA: **14/12/2020**

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Gyo Medical IPS SAS	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Einer Castellor Gomez	Marca: Vyaire
Teléfono: 3235809274	Modelo: Velce Comprehensive
Ciudad: San Juan del Cesar - Guayaque	S/N: CAT 05222
Contrato: MSPS	Ubicación: UG
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: -

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relvo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	MTV: 115
Visita de mantenimiento preventivo	HTT: 115

TRABAJOS REALIZADOS
Realización general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test OUT; Prueba de fugas; Calibración de Sensor O2; Pruebas de Batería, alarmas, pantalla, leds, membranas. Test de desempeño en Parámetros: Um, VT, PEEP, PIP, TC, J:E, frecuencia, /fioz. Se utiliza Equipo de Verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Einer Castellor G.	H. Llegada: 8:00 am	Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Coordinador Biomédico	H. Salida: 10:00 am	Cargo: Luz Servicio Técnico
Firma: Einer Castellor		Firma: DA