

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Care & Health - H. Nuestra Sra del Tránsito.
Contacto: Ing. Sara.
Teléfono:
Ciudad: Tocancipá
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT05030
Ubicación: UCI
Placa: 2445 (QR)

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, I:E, Ti, Concentraciones de O2. Se realiza prueba de fugas, lentes, membranas, batería, alfileres, y Calibración de Celda de O2. Verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla táctil y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

CLIENTE

Nombre: Sara Ramirez
Cargo: Coord. Gestión Biomedica
Firma: Sara Ramirez C.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00
H. Salida: (2) 11:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. STP
Firma: Dely Calderon