

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11983**FECHA: 15/12/2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clinica Cedes
 Contacto: Ing Jose Escobante
 Teléfono: 300493 52 23
 Ciudad: Riohacha - La Guajira
 Contrato: DISPS
 Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Vyaire
 Modelo: Velacomprehensive
 S/N: CAFO5056
 Ubicación: URJ
 Placa: -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo HTV: 98
HTT: 98

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT; Prueba de fuga, Calibración de sensor O2, Prueba de alarmas, batería, pantalla, leds, membranas. Se realiza Prueba de desempeño en parámetros: Vm, UTP, PEEP, PIP, TC, FiO2, frecuencia, Fio2. Se utiliza equipo TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: José Escobante
 Cargo: Ing. Biomédico
 Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:15PM
 H. Salida: 3:15PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C
 Cargo: Ing. Servicio Técnico
 Firma: [Firma]