

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Hospital Militar Central</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Capitan Nancy Chaparro</u>	Marca: <u>Corrusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Velo-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CATOS058</u>
Contrato: <u>Garantía 2ª Visita</u>	Ubicación: <u>Urgencias</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>A00000256</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:
<u>Mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de volúmenes, flujos, Pip, PEEP, Vm, Relación I:E, Ti, fugas, alarmas, frecuencia respiratoria, concentraciones de oxígeno, leds, pantalla sensible al tacto, membranas nebulizadoras, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador, estos pasos exitosamente</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en perfecto estado</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Marcela García</u>	H. Llegada: <u>16:30</u>	Nombre: <u>Francisco Romero</u>
Cargo: <u>Terapia Respiratoria</u>	H. Salida: <u>17:40</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>