

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica los Rosales</u> Contacto: <u>Jose Luis Aguirre</u> Teléfono: <u>3113208777</u> Ciudad: <u>Pereira</u> Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u> Marca: <u>carefusion</u> Modelo: <u>UCLA</u> S/N: <u>CAT05064</u> Ubicación: _____ Placa: _____
--	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia ☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo				
---	--	--	--	--

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: <u>Visita #1 de guardia Mantenimiento Preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>HTU: 75 HT: 75 Inspeccion general del equipo Limpieza general. Pruebas OVP</u> <u>fugas, alarmas, led indicador, pantalla tactil, calibracion celda O2,</u> <u>desempeno de bateria. Todas OK. Verificacion de funcionamiento</u> <u>de ventilacion incluidos en protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES: <u>sensor en observacion por volúmenes bajos. se prueba con otro</u> <u>sensor y los volúmenes son los indicados</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>PP. María Alejandra López</u> Cargo: <u>Ins biomédica</u> Firma: <u>[Firma]</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>10:30 am</u> H. Salida: <u>12:00 pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Edgar Muñoz C.</u> Cargo: <u>Soporte Técnico</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	--