

DATOS DEL CLIENTE

Cliete: SOCIMEDICOS MCGACENTRO
San Rafael (CUBA)
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Pedernales
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: VIA
 S/N: CAT05069
 Ubicación: _____
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☒ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☒ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☒ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo. Se realiza Mantenimiento
Correctivo por pleuro diagnóstico.

TRABAJOS REALIZADOS

Por reporte previo de diagnóstico se cambia power supply. I/N: 068977, P/N: 16351A
del equipo CAT05069 por S/N: 069287, P/N: 16351A, del equipo CAT05678.
Se realiza inspección general del equipo, limpieza general, pruebas OVP:
fugas, alarmas, teclas, leds, pantalla táctil. Todas ok. Se verifica parámetros
de ventilación incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

No tiene brazo para soporte de circuito

CLIENTE

Nombre: Alfonso Cárdenas A
 Cargo: Gerente
 Firma: Alfonso Cárdenas

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:00 pm
 H. Salida: 1:00 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: Edgar Muñoz