

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11984**FECHA: 15/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica CEDES</u>	Equipo: <u>Ventilador de Acute</u>
Contacto: <u>Ing. Jose Escobar</u>	Marca: <u>Vigine</u>
Teléfono: <u>3004435223</u>	Modelo: <u>Modelo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Riohacha - La Guajira</u>	S/N: <u>CAT 05071</u>
Contrato: <u>MS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	<u>Visita de mantenimiento Preventivo. HTV: 430</u> <u>HTI: 430</u>
------------------	--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test CRT; prueba de fugas, calibración de sensor O2, prueba de batería, algunas pantallas, membrana leds. Test de resistencia en parámetros: Um, Vi, Po, PIP, Tc, L, F, frecuencia, % Fio2. Se utiliza equipo de verificación TSI.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entregó equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>José Escobar</u>	H. Llegada: <u>12:15PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantara</u>
Cargo: <u>Ing. Alcantara</u>	H. Salida: <u>1:15PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>