

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Hospital del Sarare</u>	Equipo: <u>Verificador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Alvaro Fernandez</u>	Marca: <u>Caiefusion</u>
Teléfono: <u>321 4273434</u>	Modelo: <u>SEA COMPREHENSIVE</u>
Ciudad: <u>Arauca</u>	S/N: <u>CAT05074</u>
Contrato: _____	Ubicación: <u>UOI Covid</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>4000</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciómetro	☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita # 2 de Garantía. Mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Inspección física y funcional. Limpieza externa - Pruebas OUP: Tallas, fugas, leds indicadores, alarmas, nebulizador, calibración sensor O2, desempeño de batería, todos ok. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Alvaro Fernandez</u>	H. Llegada: <u>2:00 pm</u>	Nombre: <u>Edgar Monoz C.</u>
Cargo: <u>Lider Area Diagnostica</u>	H. Salida: <u>4:00 pm</u>	Cargo: <u>Soporte técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>