

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12021

FECHA: 03/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sros Clínica Alta Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Hircya</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT04988</u>
Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento Prev</u>	Ubicación: <u>U. C 1</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>QR # 14008</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciometro	☐ Otro
		☐ Reactivo	☐ Sensor
		☐ Software	☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen	☐ Transductor
		☐ Turbina	☐ Válvula
		☐ Otro	

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, Pip, Prep, Vm, ti, relación I/E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración sensor de O2, concentraciones de O2, pantalla sensible al tacto, teclado de membranas, nebulizador, pruebas a la batería, pruebas de desempeño del ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>M. Aguilar Valencia</u>	H. Llegada: <u>15:00</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	H. Salida: <u>16:15</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>3-DIC-2020</u>		Firma: <u>[Firma]</u>