

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11989**FECHA: 16/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica ERASMUS</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing Dario Rovira</u>	Marca: <u>Vyaire</u>
Teléfono: <u>3107937484</u>	Modelo: <u>Vibracomprensivo</u>
Ciudad: <u>Valledupar - Cesar</u>	S/N: <u>CAT 04990</u>
Contrato: <u>MSPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relvo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento Preventivo</u> <u>MTV: 1135</u> <u>HTT: 1135</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test UVT; prueba de fuga, calibración de Sonda O2, prueba de batería, alarmas, batería, pantalla, leds, membrana. Se ejecuta test aparatosos: VM, UT, Pneu, FIF, TC, Frecuencia, y Fio2. Se utilizó equipo de verificación ISI</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Dario Rovira</u>	H. Llegada: <u>3:00 PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantara</u>
Cargo: <u>Soporte Biomedico</u>	H. Salida: <u>5:00 PM</u>	Cargo: <u>Ing. Serviciotécnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>