

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11682**

FECHA: 02 12 2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Dario Rovira</u>	Equipo: <u>Verificador de puentes</u>
Contacto: <u>Ing. Dora K.</u>	Marca: <u>Geotecnica</u>
Teléfono: <u></u>	Modelo: <u>VPS Compresor</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>0109912</u>
Contrato: <u></u>	Ubicación: <u>U. A</u>
Daño fuera de Garantía: <u></u>	Placa: <u>NIR</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: <u></u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Verificación de mantenimiento preventivo.</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS: <u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento de los equipos PVP, PIP, TPE, Flujo metro, calentadores de O2, y prueba de fuga de gases, gases medicina y batería. Se realizó programación de funcionamiento del calentador, pantalla touch y limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Trabajo terminado satisfactoriamente.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Dario Rovira</u>		Nombre: <u>Dora K.</u>
Cargo: <u>Soporte Biomedico</u>	H. Llegada: <u>11:00</u>	Cargo: <u>Ing. ST</u>
Firma: <u>Dario Rovira</u>	H. Salida: <u>12:30</u>	Firma: <u>Dora K.</u>