

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Rosarvio Pimarezo de Lopez	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Oscar Restrepo	Marca: Vyaire
Teléfono: 300 420 2224	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CAF 04995
Contrato: MPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 012 - 07914

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciómetro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 12 HTT: 12

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test UVT, Prueba de fuga, Calibración Sensor O2, Prueba de batería, Alarma, pantalla, leds, membranas. Test de desempeño en parámetros VT, Vm, PEEP, PIP, Ti, Te, Frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de Verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo		Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ingeniero	H. Llegada: 3:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo	H. Salida: 5 PM	Firma: [Firma]