

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica Simais Vitalis</u> Contacto: <u>Ing. Kevin Gonzalez Rivero</u> Teléfono: <u>312 226 1419</u> Ciudad: <u>Pascania, Cesar</u> Contrato: <u>MSPS</u> Daño fuera de Garantía: <u>---</u>	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Unidad de Paciente</u> Marca: <u>Vyaire</u> Modelo: <u>Vta Comprehensive</u> S/N: <u>CA 04997</u> Ubicación: <u>UCI</u> Placa: <u>---</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Allstamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesia ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de Mantenimiento Preventivo</u>	MTV: <u>309</u> HTT: <u>309</u>
--	------------------------------------

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UUT; prueba de fugas, prueba de batería, alarmas, pantalla leds, membranas, se calibra sensor O2, Test de desempeño para parámetros Vm, Vr, PIP, PEEP, TC, I.E, % FiO2, frecuencia. Se utiliza equipo de certificación TSI.</u>
--

OBSERVACIONES: <u>Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE Nombre: <u>Kevin Gonzalez R.</u> Cargo: <u>Ing. Biomédico</u> Firma: <u>Kevin Gonzalez R.</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>3:00 PM</u> H. Salida: <u>5:00 PM</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Daniel Alcantar C</u> Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u> Firma: <u>[Firma]</u>
---	--	---