

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Unidad Reproductora Simon Bolivar</u> Contacto: <u>Ing. Fernando</u> Teléfono: <u></u> Ciudad: <u>Valledupar</u> Contrato: <u></u> Daño fuera de Garantía: <u></u>	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Verificador de parámetros</u> Marca: <u>Confusión</u> Modelo: <u>Vita Compuchero</u> S/N: <u>SA105000</u> Ubicación: <u>Del A</u> Placa: <u>NIR</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: <u></u>
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: <u>Verificación programada de mantenimiento preventivo.</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, Ti, I:E, Frecuencia, Concentraciones de O2, SpO2, fuente de flujo, batería, lices, o rings y membranas. Se realizó reconfiguración de funcionamiento y del nebulizador, pantalla táctil y impresora de hoja de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo funciona correctamente</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>Unidad Reproductora</u> Cargo: <u>Ing. Fernando</u> Firma: <u></u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>15:30</u> H. Salida: <u>17:00</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Gely Calbuena</u> Cargo: <u>Ing. ST</u> Firma: <u></u>
---	--	--