

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11976**FECHA: 14/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Bonacer</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Hernando Pinto</u>	Marca: <u>Vyaire</u>
Teléfono: <u>300 273 3093</u>	Modelo: <u>Veki Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Riohacha - La Guajira</u>	S/N: <u>CA 05002</u>
Contrato: <u>MSPS</u>	Ubicación: <u>VCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>- - -</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relajo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	HTU:	HTI:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>	<u>17</u>	<u>17</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test VVT (propiedad fugas), Calibración de sensor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla, membrana, leds. Se ejecuta test de desmontaje en parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, P0, J: E, frecuencia, %fio2, Se utiliza equipo de verificación TSI.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Hernando P. B. Ballón</u>	H. Llegada: <u>3:30 PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar C.</u>
Cargo: <u>Jefe de Mantenimiento</u>	H. Salida: <u>11:30 PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>