

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Laura Daniela</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Jeny Geiner Gámez</u>	Marca: <u>Corefusion</u>
Teléfono: <u>3133526840</u>	Modelo: <u>Vela Comprehensiv</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CA05003</u>
Contrato: <u>USPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>-0-</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relévo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	<u>Visita de mantenimiento Preventivo</u>	<u>MTV: 34</u>
		<u>MTT: 34</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, Test VVT, Prueba de Fuga, Alarma, Batería, Pantalla, calibración de Sensor O2, Prueba de leds, membranas. Test de desempeño para Parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, FiO2, Ti, I:E, Fr. Se utiliza equipo TSi.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jeny Gámez O.</u>	H. Llegada: <u>8:00 am</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar C.</u>
Cargo: <u>Coordinador</u>	H. Salida: <u>10:00 am</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>