

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Sras Clinica Alta Complejidad
 Contacto: Ing Hircya
 Teléfono: _____
 Ciudad: Valledupar
 Contrato: 1ª Visita garantía
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Corevision
 Modelo: Vela-Comprehensive
 S/N: CAT05004
 Ubicación: U.C.I
 Placa: QR N° 14021

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, Pip, PEEP, Vm, Ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración sensor de oxígeno, concentraciones de O2, pantalla sensible al tacto, teclado de membranas, nebulizador, pruebas a la batería, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Miraya Valencia R.
 Cargo: Coord. Biomedica
 Firma: Valencia R.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:45
 H. Salida: 10:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero
 Cargo: S.T.
 Firma: [Firma]