

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Central del gundio
Contacto: _____
Teléfono: _____
Ciudad: Armenia
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Conforton
Modelo: Uola comprensive
S/N: CAT05008
Ubicación: VCJ
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas VUT: leds, membrana, alambres, fuga, calor, prueba de estructura de batería, parámetros ventilatorios y limpieza general, Equipo OK.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Tatiana Salazar
Cargo: Líder Ing Biomedica
Firma: Tatiana

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30am
H. Salida: 11am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Karen