

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meritengral S.A.S	Equipo: Ventilador de Paro ante
Contacto: Ing. Angela Garzón	Marca: Vygite
Teléfono: 3054627872	Modelo: Velacomprehensive
Ciudad: Ziguquirá, Cundinamarca	S/N: CAT 05015
Contrato: CUSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: MZ-AN 0320

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Se Programa Visita de mantenimiento Preventivo
HTV: 15 HTT: 15

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se ejecuta TEST VVT; Prueba de fugas, Calibración de Sensor O2, Prueba de batería, alarmas, pantalla, membranas, leds. Se realiza test de desempeño en funciones de VVT, PEEP, PIP, TIC, JIE, Frecuencia, y fiaz. Se utiliza equipo de calibración TSS.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones de fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Daniel		Nombre: Daniel Alcantaral
Cargo: Ing. Daniel	H. Llegada: 10:30 am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]	H. Salida: 12:30 PM	Firma: [Firma]