

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Boscaría Páramo de López	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Oscar Restrepo	Marca: Vyaire
Teléfono: 3004202124	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CAT 05016
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 012 - 01830

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujometro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo
HIV: 13
HTI: 13

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional
Se realiza test UVT; prueba de fugas, calibración de sensor
O2, prueba de gases, batería, pantalla, leds, membranas.
Se realiza test de desempeño en parámetros Vm, UT, PEEP, PIP,
TI, F, frecuencia, y fíoz. Se utiliza equipo de verificación TSI

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo	H. Llegada: 4:00PM	Nombre: Daniel Alcantar
Cargo: Ingeniero	H. Salida: 6:00PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo		Firma: [Firma]