

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11977**FECHA: 14/12/2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clinica Renacer
 Contacto: Ing. Hernando Pinto
 Teléfono: 303 213 3093
 Ciudad: Riohacha - La Guayana
 Contrato: MSRS
 Daño fuera de Garantía: - 0 -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Vicare
 Modelo: Vela Comprehensive
 S/N: CAF 05025
 Ubicación: UCS
 Placa: /

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:Visita de mantenimiento preventivo.HTV: 13HTT: 13**TRABAJOS REALIZADOS**

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza test VVT; Prueba de fugas, Calibración de Sensor O2, Prueba de alarma, batería, pantalla, membranas, test de desempeño en parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, Tc, FiO2, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de verificación T.S.F.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Hernando Pinto
 Cargo: Jefe de Mantenimiento
 Firma: J. Pinto

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:00 PM
 H. Salida: 3:30 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: David Alcantar C.
 Cargo: Ing. Servicio Técnico
 Firma: [Firma]