

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11679**

FECHA: 02 12 2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clara Erazo
 Contacto: Ing. Dario R
 Teléfono: Valledupar
 Ciudad: Valledupar
 Contrato: ✓
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Verificador de paciente.
 Marca: Coherción
 Modelo: Veto Comprehensive
 S/N: CA105026
 Ubicación: Oca A
 Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Veto programado de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volumen, PEEP, PIP, I:E, Ti, Frecuencia, Concentraciones de O2. Se realiza pruebas de funcionamiento, luces, manómetro y batería. Se realiza verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla táctil y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Dario Rovira
 Cargo: Soporte Biomedico
 Firma: Dario Rovira

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00

H. Salida: 9:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dary Catherine Calderon
 Cargo: Ing. ST
 Firma: Catherine Calderon