

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Laura Daniela	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Yeiner Yáñez	Marca: Carefusion
Teléfono: 313 352 6840	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CAT 05030
Contrato: MSPS	Ubicación: UCS
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: -

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☒ Cortesía Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo MTU: 586 MTT: 586

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test UVT; Prueba de fuga a batería, alarmas, calibración de sensor O2, prueba de pantalla, leds, membranas. Test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, TC, S.E, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de verificación TS.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Yeiner Yáñez O.	H. Llegada: 9:00 am	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Coordinador	H. Salida: 11:00 am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]