

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meritreal SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing Angela Garzón	Marca: Vyaire
Teléfono: 305 267 4871	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca	S/N: CAT05033
Contrato: WSPS	Ubicación: UCT
Daño fuera de Garantía: - -	Placa: 47-AD0318

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☒ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro		

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	Visita de mantenimiento preventivo	HTV: 43
		HTI: 13

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT; Prueba de fugas, Calibración de Sensor O2, Prueba de batería, alarmas, pantalla, leds, membrana. Se ejecuta test de desempeño en parámetros VT, Vm, PEEP, PIP, TIC, I:E, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de Verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ana Garzón	H. Llegada: 3:00 pm	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Gerente	H. Salida: 5:00 pm	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]