

Tactica 26274

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11980**FECHA: 15/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Cedes</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jose Escobante</u>	Marca: <u>Vgaire</u>
Teléfono: <u>3004935123</u>	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Riobacha</u>	S/N: <u>CAT05038</u>
Contrato: <u>USPS</u>	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: <u>—</u>	Placa: <u>—</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevó ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>	<u>HTV: 6-15</u>
	<u>HTT: 6-15</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo.</u> <u>Se realiza Test UVT; Prueba de fugas, Calibración de sensor O2, Prueba de batería alarma, pantalla membrana, leds.</u> <u>Se ejecuta test de parámetros: Um, UT, PEEP, PIP, TC, LIE, frecuencia, % FiO2.</u> <u>Se utiliza equipo de verificación ISI.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>José Escobante</u>	H. Llegada: <u>11:am</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantara C.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomédico</u>	H. Salida: <u>12:15PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>