

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12858

FECHA: 18 02 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sms Hospital Militar Central</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Captán Nancy Chaparro</u>	Marca: <u>Corporación</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CATO5042</u>
Contrato: <u>600014</u>	Ubicación: <u>UCLIP</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relajo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujometro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento, verificación de volúmenes, flujos Pip, Pcep, fugas, Vm, relación I/E, ti, I rds, membranas, alarmas, pantalla sensible al tacto, concentraciones de oxígeno, calibración celda de oxígeno, pruebas a la batería, pruebas de desempeño al Ventilador, estas pasan exitosamente</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Martha Lucia Prieta</u>	H. Llegada: <u>8:00</u>	Nombre: <u>Fernando Rangel / Yenny Bar</u>
Cargo: <u>CHS</u>	H. Salida: <u>10:30</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>Martha P</u>		Firma: <u>[Firma]</u>

TELEFONO RESPIRATORIA
C.C. 20423-092
Bogotá, D.C.

2400000000