

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Instituto Cardiovascular del Cesar</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Eloisa Jorge R</u>	Marca: <u>Corrusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Veta-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT05046</u>
Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento Prevent</u>	Ubicación: <u>U. C I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>N/A</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, PEEP, frecuencia respiratoria, Um, fugas, relación I:E, Fi, concentraciones de oxígeno, alarmas, pantalla sensible al tacto, membranas, Calibración sensor de O2, nebulizador, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del Ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El Ventilador se entregó funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Eloisa Jorge R</u>	H. Llegada: <u>11:30</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Ingeniero Técnico</u>	H. Salida: <u>13:20</u>	Cargo: <u>S. T.</u>
Firma: <u>Eloisa Jorge R</u>		Firma: <u>[Firma]</u>