

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto Cardiacosascular del Cesar
Contacto: Ing. Jesús Díaz
Teléfono: 3005507710
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Anemion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CM 05046
Ubicación: JG
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas UVT: leds, membrana, alarmas, fuga y cel. O2, prueba de desempeño de batería y parámetros ventilatorias y limpieza general, anexo protocolo.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: José David Díaz P.
Cargo: Ing. Biomédico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:30 am
H. Salida: 1 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: