

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Hospital Militar Central</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>capitan Nancy chelapito</u>	Marca: <u>carefusion</u>
Teléfono: <u>Bogotá DC</u>	Modelo: <u>UCLA comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CAT04947</u>
Contrato: <u>Garantía</u>	Ubicación: <u>UTI</u>
Daño fuera de Garantía: <u></u>	Placa: <u>0045</u>

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: <u></u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relvo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujometro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de Mantenimiento Preventivo. Garantía</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>HTT: 1488 HTU: 1488 Verificación del equipo por estado y funcionamiento.</u>
<u>Limpieza general Placas UVT: Fugas, alcimas, membranas, leds, indicadores,</u>
<u>rebulador, calibración celda O2, batería. Todas OK. Verificación de</u>
<u>parametros incluidos en protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES:
<u>El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del</u>
<u>fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Martha Lucia Páez</u>	H. Llegada: <u>13:00</u>	Nombre: <u>Fabrizio Eibule Hely</u>
Cargo: <u>SM SM</u>	H. Salida: <u>14:30</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>Martha P</u>		Firma: <u>[Firma]</u>

TERAPEUTA RESPIRATORIA
C.C. 20.423.092