

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Sms Clínica Alta Complejidad
Contacto: Ing Miraya
Teléfono: _____
Ciudad: Valledupar
Contrato: 1ª Visita garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela - Comprehensive
S/N: CATO4959
Ubicación: U.C.I
Placa: DR N°14016

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consistente en Verificación de volúmenes, flujos, Pip, PEEP, Vm, ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración sensor O2, concentración de O2, inclusión de pantalla sensible al tacto, tálamo de membranas, pruebas de la batería, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Miraya Valencia
Cargo: C. Biomedica

Firma: 3-DIC-2020

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:10

H. Salida: 12:15

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero
Cargo: 5-7

Firma: 3-DIC-2020